

# Harmony™



Manual breast pump/  
Harmony Essentials Pack  
Instructions for use

Extractor de leche manual /  
Harmony Essentials Pack  
Instrucciones de uso

Extrator de leite manual/  
Harmony Edição Premium  
Instruções de utilização

مضخة الثدي اليدوية/  
Harmony مجموعة مستلزمات  
تعليمات الاستخدام

משאבת חלב ידנית/  
Harmony Essentials Pack  
הוראות שימוש

EN

ENGLISH  
3-15

ES

ESPAÑOL  
17-29

PT

PORTUGUÊS  
31-43

AR

العربية  
56-44

HE

עברית  
70-58

**EN** Illustrated items or instruction steps are marked with the figure and detail number (e.g.  2-01).

**ES** Los puntos ilustrados o los pasos de las instrucciones están marcados con el número de figura y detalle (por ejemplo,  2-01).

**PT** Os itens ilustrados ou os passos de instrução estão marcados com o número de figura e de detalhe (por exemplo  2-01).

**AR** يتم تمييز العناصر المصورة أو خطوات الإرشادات بالرقم الخاص بالشكل والتفاصيل (مثل  ٠١-٢٠١).

**HE** הפריטים המצוירים או שלבי ההוראות מסומנים�名ם ומספר הפרט (לדוגמה,  2-01).



**EN** Fold this page out.


**ES** Despliegue esta página.

**PT** Dobre esta página.

**AR** افتح هذه الصفحة.

**HE** יש לקפל עמוד זה כלפי חוץ.


1






2




!




3




4




5




6



7



7-02



# 1. Important safety information

 **Please read all instructions before using this product.  
Keep these instructions for future reference.**

Warnings identify all instructions that are important for safety. Failure to observe these instructions can lead to personal injury or damage to the product.

The following symbols and signal words show the significance of the warnings:

 **WARNING**

Can lead to serious injury or death.

 **CAUTION**

Can lead to minor injury.

**NOTICE**

Can lead to material damage  
(not related to personal injury).

 **Information**

Useful or important information that is not  
related to safety.

 **WARNING**

To avoid health risks and reduce the risk of severe injury:

- Pumping can induce labour. Do not pump until after giving birth. If you become pregnant while breastfeeding or breast pumping, consult with a licensed healthcare professional before continuing.
- If infected with Hepatitis B, Hepatitis C, or Human Immunodeficiency Virus (HIV), pumping breast milk will not reduce or remove the risk of transmitting the virus to your baby through your breast milk.
- Wash all parts that come into contact with your breast and breast milk after every use.
- Small parts may be swallowed by toddlers. Close supervision is necessary when the breast pump or accessories are used in the vicinity of children.

## ⚠ CAUTION

To avoid health risks and reduce the risk of injury:

- This is a single-user product. Use by more than one person may present a health risk.
- The device and its accessories are not heat-resistant. Keep away from heated surfaces or open flames.
- Do not expose the device to direct sunlight.
- Before each use visually inspect the individual components for damage or wear. Never use a defective device. Throw away parts at first signs of damage or weakness.
- Do not repair the device by yourself. Do not modify the device.
- Use the device only for its intended purpose as described in these instruction for use.
- Do not microwave or boil breast milk. Microwaving can cause severe burns to baby's mouth from hot spots that develop in the milk during microwaving (Microwaving can also change the composition of breast milk).
- Clean and sanitise all parts that come into contact with your breast and breast milk prior to first use.
- Only use Medela recommended parts with the device.
- While some discomfort may be felt when first using a breast pump, it should not cause pain. If you are unsure about correct breast shield sizing please visit [www.medela.com](http://www.medela.com) or see a lactation consultant/breastfeeding specialist who can help you get a proper fit.

## NOTICE

- Take appropriate care in handling bottles and components:
- Plastic bottles and parts become brittle when frozen and may break when dropped.
- Bottles and parts may become damaged if mishandled (e.g., dropped, over-tightened, or knocked over).
- Do not use the breast milk from bottles or components that show signs of damage.

# Contents

<b>1. Important safety information</b>	<b>3</b>
<b>2. Intended purpose</b>	<b>6</b>
<b>3. Product description</b>	<b>6</b>
3.1 Product variants	6
3.2 The Harmony breast pump includes	6
<b>4. Getting started</b>	<b>6</b>
<b>5. Cleaning</b>	<b>7</b>
5.1 Washing and sanitising the pump	7
<b>6. Preparing for pumping</b>	<b>9</b>
6.1 Selecting the correct breast shield size	9
6.2 Assembling the connector and breast shield	9
6.3 Assembling the handle	10
6.4 Placing the breast shield	10
<b>7. Operating your breast pump</b>	<b>10</b>
7.1 Mimicking the baby's rhythm (2-Phase expression)	10
7.2 Expressing your breast milk	11
7.3 After pumping	11
<b>8. Handling of breast milk</b>	<b>12</b>
8.1 General storage guidelines	12
8.2 Freezing	12
8.3 Thawing	13
<b>9. Troubleshooting</b>	<b>13</b>
<b>10. Accessories</b>	<b>14</b>
<b>11. Warranty</b>	<b>14</b>
<b>12. Disposal</b>	<b>14</b>
<b>13. Meaning of symbols</b>	<b>14</b>
<b>14. International regulations</b>	<b>15</b>
14.1 Drinking equipment for children	15
<b>15. Technical specifications</b>	<b>15</b>

## 2. Intended purpose

The Harmony breast pump is a manual breast pump to be used by lactating women to express and collect milk from their breasts. The Harmony breast pump is intended for a single user.

## 3. Product description

The Harmony is a personal-use manual breast pump with a PersonalFit Flex breast shield and an ergonomic 2-phase pump handle.

This enables you to alternate between short low-volume movements to stimulate the milk flow and long, deep movements to optimally extract your milk – the way your baby does it.

The Harmony breast pump

- is easy to handle and clean.
- enables you to silently and discreetly extract your milk.
- includes a 24 mm PersonalFit Flex breast shield to give you more comfort and more milk.

### 3.1 Product variants

There are two different variants of the Harmony breast pump:

- Harmony breast pump: Includes the pump only.
- Harmony Essentials Pack: Includes the pump, a silicon teat compatible with the Harmony bottle, four milk storage bags and four ultra-thin Safe & Dry nursing pads.

**Please also read the instructions for use provided with these additional items.**

### 3.2 The Harmony breast pump includes

Refer to figure □ 6 on the foldout pages.

- |   |   |
|---|---|
| □ 6-01 (Disposable) protective cover        | □ 6-09 Bottle                           |
| □ 6-02 PersonalFit Flex breast shield 24 mm | □ 6-10 Lid                              |
| □ 6-03 Connector                            | □ 6-11 Bottle stand                     |
| □ 6-04 Handle                               | The following items are included in the |
| □ 6-05 Stem with O-ring                     | Harmony Essentials Pack only:           |
| □ 6-06 Diaphragm                            | □ 6-12 Feeding teat                     |
| □ 6-07 Valve head                           | □ 6-13 Milk storage bag (4 pcs)         |
| □ 6-08 Valve membrane (2 pcs)               | □ 6-14 Safe & Dry nursing pad (4 pcs)   |

## 4. Getting started

To be ready for expressing milk for the first time, separate the parts of the breast pump, then wash and sanitise them – see **section 5.1**.

## 5. Cleaning

### 5.1 Washing and sanitising the pump

Washing and sanitising are two different activities. They must be done separately to protect you and your baby, and to maintain the performance of the device.

**Wash** – To clean the surfaces of the parts by physically removing contamination.

**Sanitise** – To kill microorganisms, such as fungi, bacteria or viruses, that may be present on the surfaces of the parts.

#### CAUTION

- Separate and wash all parts that are exposed to breast milk immediately after use. This will help to remove breast milk residue and prevent growth of bacteria.
- Wash hands thoroughly with soap and water.
- Only use drinking-quality tap water or bottled water for cleaning.
- Do not place pump parts directly in the sink to rinse or wash. Use a clean wash basin used only for infant feeding items.
- Do not use a dish towel to rub or pat items dry.
- Do not use disinfectants for cleaning.

#### NOTICE

Pay attention to the following:

- Take care not to damage parts of the pump during cleaning. Do not use a sharp object (such as a toothpick) for cleaning.
- Some parts of the Harmony breast pump are very small (e.g. the O-ring or the valve membrane). Make sure that no parts are missing when you reassemble the pump after cleaning.
- Store the dried pump parts in a clean bag/container until next use.
- Do not store wet or damp parts as mould may develop.
- If you notice a white residue on the parts after boiling, your water may have a high mineral content. Remove residue by wiping parts with a clean towel and allow to air dry.
- Distilled water is recommended when boiling parts to prevent substantial mineral build-up over time, which may compromise your parts.

#### Information

If using the dishwasher, parts may become discoloured. This will not impact the part function.

**What to do when: See detailed instructions on the next page.**

**Before first use, remove and dispose of** the protective cover (§ 6-01) from the breast shield. Wash and sanitise the pump parts and bottles following the steps 1 to 4 below. Wash your pump parts and bottles **after each use** and sanitise the parts **once per day** after they have been washed.


## 1. Disassemble

Refer to figure § 1 on the foldout page.

- Disassemble the pump into its individual parts (breast shield, connector, handle, valve head and milk bottle).
- Remove the diaphragm from the handle and pull the stem out.
- Remove the valve membrane from the valve head.
- Separate the milk bottle, lid and bottle stand.

## 2. Wash

### Rinse and wash by hand



- Rinse the disassembled parts with cool water (approx. 20 °C).
- Clean these parts with plenty of warm, soapy water (approx. 30 °C). Use a commercially available washing-up liquid.
- Rinse the parts with cool water for 10 to 15 seconds (approx. 20 °C).

or

### Wash in dishwasher



Place the disassembled parts on the top rack or in the cutlery section. Use a commercially available dishwashing detergent.

## 3. Sanitise (before first use and once per day)

### Sanitise on stovetop



Cover the disassembled, washed parts with water and boil at least for 5 minutes.

or

### Sanitise in microwave



(except for  
the handle)

Use Quick Clean\* bags in the microwave in accordance with the instructions on the bags.

\*Refer to local website/shops for availability in your country.

## 4. Dry

Allow to air-dry on a clean, unused dish towel or paper towel. Store the dry parts in a clean environment. Do not store parts in an airtight container/bag if moist. It is important that all residual moisture dries.

## 6. Preparing for pumping

Only use clean and dry parts for assembly. Refer to **chapter 5** for cleaning.

### **⚠ CAUTION**

To prevent contamination of your milk:

- Wash hands thoroughly with soap and water before touching the pump parts and breasts.
- Dry your hands with a fresh towel or a single-use paper towel.
- Avoid touching the inside of bottles and lids.

To make sure that the device works properly and safely:

- Check pump components for wear or damage before use. Replace if necessary.
- Always inspect all parts prior to use for cleanliness. If dirty, clean according to **chapter 5**.

### **NOTICE**



O-ring

Stem

The O-ring ensures a sealed connection between the handle and the connector. This is necessary to build up a vacuum.

Make sure that the white O-ring is present in its groove of the stem.

If it is missing or defective, contact the Medela Customer Service.

### 6.1 Selecting the correct breast shield size

Refer to figure 7 on the foldout pages.

1. For proper sizing, measure the diameter of your nipple (7-01).
2. Select the breast shield that is slightly larger than your nipple (7-02).

For more information on breast shield sizing, visit [www.medela.com](http://www.medela.com).

### 6.2 Assembling the connector and breast shield

Refer to figure 2 on the foldout pages.

1. 2-01 Carefully push the breast shield into the top opening of the connector.  
→ Choose a breast shield size that suits your needs.
2. 2-02 Place the valve membrane in a horizontal position on the valve head. Carefully push the knob on the membrane's back into the smallest hole of the head until it engages.  
→ The membrane must lie flat on the head.
3. 2-03 Push the valve head onto the inner sleeve of the connector.  
→ The valve head must be positioned sideways as shown in the picture.
4. 2-04 Screw the bottle into the connector.

## 6.3 Assembling the handle

Refer to figure □ 3 on the foldout pages.

1. □ 3-01 Insert the stem (with the O-ring) into the hole on the upper side of the diaphragm.
2. □ 3-02 Make sure that the oval shaped base of the stem is aligned correctly to the diaphragm.
3. □ 3-03 Place the diaphragm into the pump handle. Mind the orientation (the recess in the diaphragm engages on the tongue in the handle) and press down firmly around the entire edge to ensure a proper seal.
4. □ 3-04 Insert the stem of the handle assembly in the opening on top of the connector. Push until the stem locks into place.

## 6.4 Placing the breast shield

Refer to figure □ 4 on the foldout pages.

1. The oval breast shields can be rotated (360°) and placed in the desired position to have the most comfortable fit for you.
2. □ 4-01 Place the breast shield on the breast so that the nipple is properly centred in the tunnel.
3. □ 4-02 Hold the breast shield onto your breast with your thumb and index finger. Support your breast with the palm of your hand.
4. Start pumping as described in **section 7.2**.

# 7. Operating your breast pump

## 7.1 Mimicking the baby's rhythm (2-Phase expression)

Babies use a “two-speed” sucking action. At first, they suck quickly, and then they switch to a slower, deeper sucking rhythm once milk starts to flow. The quicker sucking action stimulates the milk ejection reflex and triggers the milk flow; the slower sucking draws the milk out for the feeding phase.

2-Phase expression is a “two-speed” pumping action that mimics the baby’s natural sucking rhythms. The pump’s handle design allows you to begin with fast sucking action called the **stimulation phase**. For this, you actuate the short side of the handle with your thumb in a fast manner. When you see milk flow or feel milk ejection, you can then switch to the **expression phase** by actuating the longer side of the handle with your fingers in a slower, full stroke manner.

## 7.2 Expressing your breast milk

### CAUTION

- Do not hold the pump by the bottle.  
This can lead to engorgement and blockage of the milk ducts.
- Only fill the bottle to the 150 ml mark.
- Contact your healthcare professional or breastfeeding specialist if you can express only minimal or no milk or if expression is painful.

Refer to figure □ 5 on the foldout pages.

1. □ 5-01 Start pumping with stimulation: Using your thumb, press down the smaller part of the handle. This is the part with the milk drops on top. Press and release quickly, again and again, until your milk starts to flow.
2. □ 5-02 Once your milk starts to flow, switch to expression: With your fingers, press down the lower, longer part of the handle.  
By doing so, you build up a vacuum that facilitates the milk flow. You control the level of the vacuum with the speed of the handle stroke and the compression that is created.  
Decide yourself which pumping rhythm is the best for you.
3. Stop pumping when you feel that the milk does not flow anymore or when the bottle is full.

## 7.3 After pumping

Prepare the milk for storage as follows:

1. Unscrew the bottle from the connector.
2. Use the bottle stand to prevent the bottle from tipping over.
3. Close the bottle with a lid.

## 8. Handling of breast milk

### 8.1 General storage guidelines

#### Storage guidelines for freshly expressed breast milk (for healthy term babies)

Room temperature 16 to 25°C (60 to 77°F)	Refrigerator 4°C (39°F) or colder	Freezer –18°C (0°F) or colder	Breast milk thawed in the refrigerator
Up to 4 hours is best  *Up to 6 hours for milk expressed under very clean conditions	Up to 3 days is best  *Up to 5 days for milk expressed under very clean conditions	Up to 6 months is best  *Up to 9 months for milk expressed under very clean conditions	At room temperature: Up to 2 hours  Refrigerator: Up to 24 hours  <b>Do not refreeze!</b>

\*Guidelines for expressing milk under very clean conditions:

Before expressing breast milk, mothers should wash their hands with soap and water or an alcohol-based hand sanitiser. The pump parts, bottles and pumping area must be clean. Breasts and nipples do not need to be washed before pumping.

- These guidelines for storage and thawing of breast milk are a recommendation. Contact your lactation consultant or breastfeeding specialist for further information.
- Store breast milk in the coldest spot of the refrigerator (at the back of the glass shelf above the vegetable compartment).

### 8.2 Freezing

#### NOTICE

- Repeated freeze/thaw cycles destroy the structure of the milk. Therefore, never refreeze breast milk.
- Freeze expressed breast milk in plastic bottles or milk storage bags. Do not fill the bottles or bags more than 3/4 full to allow space for possible expansion.
- Label the bottles or bags with the date and volume of expression.
- Plastic bottles and parts become brittle when frozen and may break when dropped.
- Do not use the breast milk from bottles or components that show signs of damage.

## 8.3 Thawing

### CAUTION

Do not thaw or warm breast milk in a microwave or a pan of boiling water. This helps preserve important components and prevents burns.

- To preserve breast milk components, thaw the milk overnight in the refrigerator.
- Alternatively, hold the bottle or bag under warm water (max. 37 °C / 98.6 °F).

### NOTICE

Gently swirl the bottle or bag to mix any fat that has separated. Avoid shaking or stirring the milk.

## 9. Troubleshooting

In case of an unexpected behaviour of your breast pump check with the troubleshooting table if you find the issue in the column "Problem" and follow the instructions in the column "Solution".

### Troubleshooting table

Problem	Solution
There is low or no suction	<p>Check the O-ring on the stem for presence and proper condition. If it is missing or defective, contact the Medela Customer Service.</p> <p>Make sure that the breast shield forms a complete seal around the breast.</p> <p>Make sure that the yellow valve head and the white membrane are clean and not damaged.</p> <p>Make sure that the membrane lies flat on the valve head.</p> <p>Make sure that the valve head is positioned sideways on the connector.</p> <p>Make sure that the components of the handle are assembled correctly.</p> <p>Check all connections.</p> <p>If suction does not improve after having followed these steps, contact the Medela Customer Service.</p>
There is no milk flow	<p>Ensure your breast pump is assembled correctly and there is suction.</p> <p>Relax and take a 10-15 minute break if expression is not achieved after two consecutive pumping sessions.</p> <p>Consult your lactation consultant/breastfeeding specialist if expression still does not occur.</p>

If you have not resolved the problem with your breast pump or you have further questions, please contact Medela Customer Service. For contact data visit [www.medela.com](http://www.medela.com). Under "Contact" choose your country.

## 10. Accessories

The following products are sold separately:

- PersonalFit Flex breast shield sizes S (21 mm), M (24 mm), L (27 mm), XL (30 mm)
- Breast milk bottle 150 ml, 250 ml
- Breast milk storage bags

Depending on your region, check local website/shops for availability.

## 11. Warranty

Please refer to the "International Warranty" for Medela products available under [www.medela.com](http://www.medela.com) to find out if and to what extent the warranty applies to this product.

## 12. Disposal

At the end of its operating life, separate the parts of your breast pump and dispose of according to local regulations.

### Breast shields, connector and accessories

The parts are made of plastics that are not harmful to the environment when disposed of as household waste. Recycle or dispose of according to local regulations.

## 13. Meaning of symbols

### Symbols used in these instructions



General safety alert symbol, points to information related to safety.



Read and follow the instructions for use.

## Symbols found on the product parts and its packaging.

	Identifies the manufacturer.		Indicates the date of manufacturing.
	Indicates the part number of the device.		Indicates the lot/batch number.
	Read and follow the instructions for use.		The packaging contains products intended to come in contact with food according to regulation EC 1935/2004.
	Keep away from rain. Keep in dry conditions.		Indicates that the material is part of a recovery/recycling process.
	Keep away from sunlight.		Indicates that the package is made of cardboard.
	Contains fragile goods. Handle with care.		

## 14. International regulations

### 14.1 Drinking equipment for children

Teat and bottle intended for infant feeding comply with the European Standard EN 14350.

## 15. Technical specifications

### Materials touching skin or coming in contact with milk

- Breast shield: Polypropylene, thermoplastic elastomer
- Connector, valve head: Polypropylene
- Diaphragm, valve membrane: Silicone rubber
- Bottle: Polypropylene
- Lid: Polypropylene

All parts that come in contact with breast milk are not made with BPA (Bisphenol A).



# 1. Información importante en materia de seguridad



**Lee todas las instrucciones antes de utilizar este producto.  
Guarde estas instrucciones para futuras consultas.**

Los símbolos de advertencia identifican todas las instrucciones relevantes para la seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daños en el producto. Los siguientes símbolos y códigos indican el significado de las advertencias:

## ADVERTENCIA

Puede causar lesiones graves o la muerte.

## ATENCIÓN

Puede causar lesiones leves.

## AVISO

Puede causar daños materiales  
(sin relación con lesiones personales).

## Información

Información importante o útil no relacionada con la seguridad.

## ADVERTENCIA

Para evitar los riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones graves:

- La extracción de leche puede inducir el parto. No extraiga leche hasta después de dar a luz. Si se queda embarazada durante la lactancia o durante el periodo de extracción de leche, consulte a un profesional sanitario acreditado antes de continuar.
- En caso de infección por hepatitis B, hepatitis C o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la extracción de leche materna no reduce ni elimina el riesgo de transmisión del virus al bebé a través de la leche materna.
- Lave todas las piezas que estén en contacto con el pecho y la leche materna después de cada uso.
- Las piezas pequeñas pueden ser ingeridas por los niños. Si se utiliza el extractor de leche o los accesorios mientras hay niños alrededor, se deberá extremar la vigilancia.

## ATENCIÓN

Para evitar los riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones:

- Este producto es para uso individual. Compartirlo con otras personas puede conllevar riesgos para la salud.
- El dispositivo y sus accesorios no son resistentes al calor: manténgalos alejados de superficies calientes o llamas abiertas.
- No exponga el dispositivo a la luz solar directa.
- Antes de cada uso, compruebe visualmente si los componentes individuales presentan daños o desgaste. Nunca utilice un dispositivo defectuoso. Deseche cualquier pieza si observa indicios de daños o defectos.
- No intente reparar usted mismo el dispositivo. No modifique el dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente para el uso previsto que se describe en estas instrucciones de uso.
- No caliente con el microondas ni ponga a hervir la leche materna. El uso del microondas puede producir graves quemaduras en la boca del bebé debidas a los puntos calientes que se crean en la leche durante el calentamiento con microondas (el uso del microondas también puede modificar la composición de la leche materna).
- Limpie y desinfecte todas las piezas que vayan a estar en contacto con el pecho y la leche materna antes de su primer uso.
- Utilice solamente piezas recomendadas por Medela para su dispositivo.
- Aunque es posible que note alguna molestia la primera vez que utilice el extractor de leche, nunca debería provocar dolor. Si no tiene claro la talla correcta del embudo, visite [www.medela.es](http://www.medela.es) o diríjase a una especialista o consultora de lactancia, quien le podrá ayudar a obtener un ajuste adecuado.

## AVISO

- Tome las precauciones adecuadas cuando utilice biberones y sus componentes:
- Los biberones y las piezas de plástico se vuelven quebradizos cuando se congelan y se pueden romper si se caen.
- Los biberones y las piezas que los componen pueden dañarse si se manejan de forma inadecuada (p. ej., si se caen, se aprietan demasiado o se vuelcan).
- No utilice la leche materna de biberones o componentes que muestren señales de deterioro.

# Índice

19

<b>1. Información importante en materia de seguridad</b>	<b>17</b>
<b>2. Uso previsto</b>	<b>20</b>
<b>3. Descripción del producto</b>	<b>20</b>
3.1 Variantes de producto	20
3.2 El extractor de leche Harmony incluye	20
<b>4. Cómo empezar</b>	<b>20</b>
<b>5. Limpieza</b>	<b>21</b>
5.1 Lavado y desinfección del extractor	21
<b>6. Preparación de la extracción</b>	<b>23</b>
6.1 Selección de la talla adecuada de embudo	23
6.2 Montaje del conector y del embudo	23
6.3 Montaje del asa	24
6.4 Colocación del embudo	24
<b>7. Funcionamiento del extractor de leche</b>	<b>24</b>
7.1 Simulación del ritmo del bebé (2-Phase Expression)	24
7.2 Extracción de la leche materna	25
7.3 Tras la extracción	25
<b>8. Manipulación de la leche materna</b>	<b>26</b>
8.1 Directrices generales de almacenamiento	26
8.2 Congelación	26
8.3 Descongelación	27
<b>9. Solución de problemas</b>	<b>27</b>
<b>10. Accesorios</b>	<b>28</b>
<b>11. Garantía</b>	<b>28</b>
<b>12. Eliminación</b>	<b>28</b>
<b>13. Significado de los símbolos</b>	<b>28</b>
<b>14. Normativas internacionales</b>	<b>29</b>
14.1 Artículos para la alimentación líquida de niños	29
<b>15. Especificaciones técnicas</b>	<b>29</b>

## 2. Uso previsto

El extractor de leche Harmony es un extractor de leche manual previsto para su uso por parte de mujeres lactantes para extraer y recoger la leche de sus pechos. El extractor de leche Harmony está concebido para su uso exclusivo por parte de una única persona.

## 3. Descripción del producto

El dispositivo Harmony es un extractor de leche manual de uso personal con un embudo PersonalFit Flex y un asa ergonómica de 2 fases.

Esto le permite alternar entre movimientos cortos y de bajo volumen para estimular el flujo de leche, y movimientos profundos para extraer la leche de forma óptima, del mismo modo que lo hace el bebé.

El extractor de leche Harmony:

- es fácil de manipular y limpiar;
- le permite extraer la leche de forma silenciosa y discreta;
- incluye un embudo PersonalFit Flex de 24 mm para ofrecerle una mayor comodidad y la posibilidad de obtener más leche.

### 3.1 Variantes de producto

Hay dos variantes diferentes del extractor de leche Harmony:

- Extractor de leche Harmony: incluye únicamente el extractor.
- Harmony Essentials Pack: incluye el extractor, una tetina de silicona compatible con el biberón Harmony, cuatro bolsas de almacenamiento y cuatro discos absorbentes Safe & Dry ultrafinos.

**Lea también las instrucciones de uso suministradas con estos artículos adicionales.**

### 3.2 El extractor de leche Harmony incluye

Consulte la figura □ 6 en las páginas desplegables.

- 6-01 Cubierta protectora (desechable)
- 6-02 Embudo PersonalFit Flex de 24 mm
- 6-03 Conector
- 6-04 Asa
- 6-05 Vástago con junta tórica
- 6-06 Diafragma
- 6-07 Cabeza de la válvula
- 6-08 Membrana de la válvula (2 uds.)

- 6-09 Biberón
- 6-10 Tapa
- 6-11 Soporte para biberón

Los siguientes artículos únicamente están incluidos en el Harmony Essentials Pack:

- 6-12 Tetina de alimentación
- 6-13 Bolsa para el almacenamiento de leche (4 uds.)
- 6-14 Disco absorbente Safe & Dry (4 uds.)

## 4. Cómo empezar

Antes de extraer leche por primera vez, separe las piezas del extractor de leche, lávelas y desinféctelas; consulte el **apartado 5.1**.

## 5. Limpieza

### 5.1 Lavado y desinfección del extractor

El lavado y la desinfección son dos actividades diferentes. Se deben realizar por separado para su protección y la de su bebé, así como para mantener el rendimiento del dispositivo.

**Lavado:** limpiar las superficies de los componentes mediante la eliminación física de la contaminación.

**Desinfección:** matar los microorganismos, como hongos, bacterias o virus, que puedan estar presentes en las superficies de los componentes.

#### ATENCIÓN

- Separe y lave todas las piezas expuestas a la leche materna inmediatamente después de su uso. Esto ayudará a eliminar los residuos de leche materna y evitará el desarrollo de bacterias.
- Lávese minuciosamente las manos con agua y jabón.
- Utilice solo agua del grifo que sea potable o agua embotellada para la limpieza.
- No coloque las piezas del extractor directamente en el fregadero para su enjuague o lavado. Use una cubeta de lavado limpia utilizada únicamente para los productos empleados para la alimentación del bebé.
- No utilice un paño de cocina para frotar o secar los componentes.
- No utilice desinfectantes para la limpieza.

#### AVISO

Preste atención a lo siguiente:

- Tenga cuidado de no dañar las piezas del extractor durante la limpieza. No utilice un objeto afilado (como un palillo) para la limpieza.
- Algunas piezas del extractor Harmony son muy pequeñas (p. ej., la junta tórica o la membrana de la válvula). Asegúrese de que no falten piezas al volver a montar el extractor después de la limpieza.
- Guarde las piezas secas del extractor en una bolsa o un recipiente limpio hasta la próxima vez que lo utilice.
- No guarde piezas húmedas o mojadas, ya que podría formarse moho.
- Si observa un residuo blanco en las piezas después de hervirlas, es posible que el agua tenga un alto contenido mineral. Elimine estos residuos frotando las piezas con un paño limpio y deje que se sequen al aire.
- Se recomienda utilizar agua destilada a la hora de hervir las piezas para evitar la acumulación de materiales minerales con el paso del tiempo, evitando así el deterioro de las piezas.

#### Información

Si utiliza el lavavajillas, es posible que las piezas se decoloren. Esto no tendrá ningún efecto negativo sobre su funcionamiento.

**Qué hacer y cuándo:** consulte las instrucciones detalladas en la página siguiente.

**Antes del primer uso, retire y deseche** la cubierta protectora (■ 6-01) del embudo. Lave y desinfecte las piezas del extractor y los biberones siguiendo los pasos del 1 al 4 indicados más abajo. Lave el extractor y los biberones **después de cada uso** y desinfecte las piezas **una vez al día** después de lavarlas.


## 1. Desmontaje

Consulte la figura ■ 1 en la página desplegable.

- i. Desmonte el extractor en sus diferentes piezas (embudo, conector, asa, cabeza de válvula y biberón para leche).
- ii. Retire el diafragma del asa y extraiga el vástago.
- iii. Extraiga la membrana de la válvula de la cabeza de la válvula.
- iv. Separe el biberón para leche, la tapa y el soporte para biberón.

## 2. Lavado

### Enjuagar y lavar a mano



- i. Enjuague las piezas desmontadas con agua fría (aprox. 20 °C).
- ii. Limpie todas las piezas con bastante agua jabonosa caliente (a unos 30 °C). Utilice un líquido lavavajillas disponible en tiendas.
- iii. Enjuague las piezas con agua fría entre 10 y 15 segundos (a unos 20 °C).

### Lavar en lavavajillas



Coloque las piezas desmontadas en la parte superior o en la cesta de los cubiertos. Utilice un líquido lavavajillas disponible en tiendas.

## 3. Desinfección (antes del primer uso y una vez al día)

### Desinfectar en fuego de cocina



5 min

Cubra las piezas desmontadas y lavadas con agua y déjelas hervir durante al menos 5 minutos.

### Desinfectar en microondas



(excepto para el asa)

Utilice bolsas para microondas Quick Clean\* siguiendo las instrucciones que figuran en las propias bolsas.

\*Consulte el sitio web y las tiendas locales para conocer la disponibilidad en su país.

## 4. Secado

Deje que las piezas se sequen al aire sobre un paño limpio y sin usar, o sobre una toalla de papel. Guarde las piezas secas en un entorno limpio. No almacene las piezas en una bolsa o recipiente herméticos si están húmedas. Es importante que se seque toda la humedad residual.

## 6. Preparación de la extracción

Utilice solamente piezas limpias y secas para el montaje. Para llevar a cabo la limpieza, consulte el **capítulo 5**.

### ⚠ ATENCIÓN

Para evitar la contaminación de la leche:

- Lávese minuciosamente las manos con agua y jabón antes de tocar las piezas del extractor o sus propios pechos.
- Séquese las manos con una toalla limpia o con una toalla de un solo uso.
- Evite tocar el interior de biberones y tapas.

Para asegurarse de que el dispositivo funciona de forma adecuada y segura:

- Compruebe los posibles daños o el desgaste de los componentes del extractor antes de utilizarlo. Sustitúyalos, si fuera necesario.
- Inspeccione siempre todas las piezas antes de su uso para comprobar si están limpias. Si estuviesen sucias, límpielas de acuerdo con lo indicado en el **capítulo 5**.

### AVISO



La junta tórica garantiza una conexión estanca entre el asa y el conector. Esto es necesario para crear vacío.

Asegúrese de que la junta tórica blanca esté colocada en la ranura del vástago.

Si no está presente o es defectuosa, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela.

### 6.1 Selección de la talla adecuada de embudo

Consulte la figura □ 7 en las páginas desplegables.

1. Para seleccionar la talla adecuada, mida el diámetro de su pezón ( □ 7-01).
2. Seleccione un embudo que sea ligeramente más grande que el pezón ( □ 7-02).

Para obtener más información acerca de las tallas de embudos, visite la página [www.medela.es](http://www.medela.es).

### 6.2 Montaje del conector y del embudo

Consulte la figura □ 2 en las páginas desplegables.

1. □ 2-01 Presione con cuidado el embudo en la abertura superior del conector.  
→ Escoja una talla de embudo que se ajuste a sus necesidades.
2. □ 2-02 Coloque la membrana de la válvula en horizontal sobre la cabeza de la válvula. Ajuste con cuidado el saliente de la parte posterior de la membrana en el pequeño orificio de la cabeza, hasta que encajen.  
→ La membrana debe quedar lisa sobre la cabeza.
3. □ 2-03 Presione la cabeza de la válvula hacia el manguito interior del conector.  
→ La cabeza de la válvula debe colocarse de lado, tal como se muestra en la imagen.
4. □ 2-04 Enrosque el biberón en el conector.

## 6.3 Montaje del asa

Consulte la figura □3 en las páginas desplegables.

1. □3-01 Introduzca el vástago (con la junta tórica) por el orificio de la parte superior del diafragma.
2. □3-02 Asegúrese de que la base de forma ovalada del vástago esté bien alineada con el diafragma.
3. □3-03 Coloque el diafragma en el asa del extractor. Tenga en cuenta la orientación (la muesca del diafragma coincide con el reborde del asa) y presione con fuerza en todo el borde para garantizar un sellado correcto.
4. □3-04 Introduzca el vástago del conjunto del asa en la abertura de la parte superior del conector. Presione hasta que el vástago encaje en su sitio.

## 6.4 Colocación del embudo

Consulte la figura □4 en las páginas desplegables.

1. Los embudos ovalados pueden girarse (360°) y colocarse en la posición deseada que le permita estar más cómoda.
2. □4-01 Coloque el embudo sobre el pecho de modo que el pezón se encuentre en el centro del túnel.
3. □4-02 Lleve el embudo contra su pecho sujetándolo con el pulgar y el dedo índice. Sujete el pecho con la palma de la mano.
4. Inicie la extracción según lo descrito en el **apartado 7.2**.

# 7. Funcionamiento del extractor de leche

## 7.1 Simulación del ritmo del bebé (2-Phase Expression)

Los bebés utilizan una acción de succión de «dos velocidades». Al principio, succionan de forma rápida, y posteriormente, pasan a un ritmo de succión más lento y profundo una vez que la leche empieza a salir. La acción de succión más rápida estimula el reflejo de eyección de la leche y activa el flujo de leche, mientras que la succión más lenta extrae la leche para la fase de alimentación. La tecnología 2-Phase Expression es una acción de extracción de «dos velocidades» que simula los ritmos naturales de succión del bebé. El diseño del asa del extractor le permite empezar con la acción de succión rápida, denominada **fase de estimulación**. Para ello, debe accionar el lado corto del asa con el pulgar de un modo rápido. Cuando vea el flujo o sienta la eyeción de leche, puede pasar a la **fase de extracción** accionando el lado más largo del asa con los dedos de un modo más lento y profundo.

## 7.2 Extracción de la leche materna

### ATENCIÓN

- No sujeté el extractor por el biberón.  
Esto puede congestionar los conductos galactóforos y bloquearlos.
- Llene el biberón solamente hasta la marca de 150 ml.
- Póngase en contacto con su profesional sanitario o especialista en lactancia si solo puede extraer un poco de leche, si no puede extraer leche o si siente dolor durante la extracción.

Consulte la figura □ 5 en las páginas desplegables.

1. □ 5-01 Comience la extracción con estimulación: presione la pieza pequeña del asa con el pulgar. Se trata de la pieza con gotas de leche. Pulse y suelte rápidamente, una y otra vez, hasta que empiece a salir leche.
2. □ 5-02 Cuando empiece a salir leche, cambie a la extracción: presione con los dedos la pieza larga del asa, situada más abajo.  
Al hacerlo, crea un vacío que facilita el flujo de leche. Usted controla el nivel de vacío con la velocidad de la pulsación del asa y la compresión que se crea.  
Decida qué ritmo de extracción le va mejor.
3. Detenga la extracción cuando vea que la leche ya no fluye o cuando se llene el biberón.

## 7.3 Tras la extracción

Prepare la leche para su almacenamiento del siguiente modo:

1. Desenrosque el biberón del conector.
2. Utilice el soporte para biberón para evitar que el biberón se vuelque.
3. Cierre el biberón con una tapa.

## 8. Manipulación de la leche materna

### 8.1 Directrices generales de almacenamiento

**Directrices de almacenamiento de la leche materna recién extraída  
(para bebés sanos nacidos a término)**

Temperatura ambiente De 16 a 25 °C (de 60 a 77 °F)	Frigorífico 4 °C (39 °F) o una temperatura inferior	Congelador –18 °C (0 °F) o una temperatura inferior	Leche materna descongelada en el frigorífico
Hasta 4 horas es lo recomendable	Hasta 3 días es lo recomendable	Hasta 6 meses es lo recomendable	A temperatura ambiente: hasta 2 horas

\*Hasta 6 horas para la leche extraída en condiciones de máxima higiene

\*Hasta 5 días para la leche extraída en condiciones de máxima higiene

\*Hasta 9 meses para la leche extraída en condiciones de máxima higiene

**¡No volver a congelar!**

\*Directrices para la extracción de la leche en condiciones de máxima higiene:

Antes de extraer la leche materna, las madres deben lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol. Las piezas del extractor, los biberones y la zona de extracción deben estar limpios. Los pechos y los pezones no necesitan lavarse antes de la extracción.

- Estas directrices de almacenamiento y descongelación de la leche materna son solo recomendaciones. Póngase en contacto con su especialista o consultora de lactancia para obtener más información.
- Conserve la leche materna en la parte más fría del frigorífico (en la parte trasera del estante de encima del compartimento de las verduras).

### 8.2 Congelación

#### AVISO

- Los ciclos repetidos de congelación/descongelación destruyen la estructura de la leche. Por lo tanto, nunca vuelva a congelar la leche materna.
- Puede congelar la leche materna extraída en biberones de plástico o en bolsas para el almacenamiento de leche materna. No llene los biberones ni las bolsas por encima de las 3/4 partes, de modo que quede espacio para una posible expansión.
- Etiquete los biberones o las bolsas con la fecha de extracción y el volumen de leche extraído.
- Los biberones y las piezas de plástico se vuelven quebradizos cuando se congelan y se pueden romper si se caen.
- No utilice la leche materna de biberones o componentes que muestren señales de deterioro.

## 8.3 Descongelación

### ⚠ ATENCIÓN

No descongele ni caliente la leche materna en un microondas ni en un cazo con agua hirviendo. De este modo, se conservan mejor los componentes importantes y se evitan quemaduras.

- Para conservar los componentes de la leche materna, descongélala en el frigorífico durante la noche.
- También puede poner el biberón o la bolsa bajo agua templada (37 °C / 98,6 °F como máximo).

### AVISO

Mueva suavemente el biberón o la bolsa para mezclar la grasa que se haya separado. No agite ni revuelva la leche.

## 9. Solución de problemas

En caso de que se produzca un comportamiento inesperado del extractor de leche, consulte la tabla de solución de problemas. Si encuentra el problema en la columna «Problema», siga las instrucciones ofrecidas en la columna «Solución».

### Tabla de solución de problemas

Problema	Solución
No hay succión o hay poca succión	<p>Compruebe la presencia de la junta tórica en el vástagos y su correcto estado. Si no está presente o es defectuosa, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela.</p> <p>Asegúrese de que el embudo quede bien ajustado alrededor del pecho.</p> <p>Asegúrese de que la membrana blanca y la cabeza de válvula amarilla estén limpias y no presenten daños.</p> <p>Asegúrese de que la membrana esté lisa en la cabeza de la válvula.</p> <p>Asegúrese de que la cabeza de la válvula esté colocada de lado en el conector.</p> <p>Asegúrese de que los componentes del asa estén bien montados.</p> <p>Compruebe todas las conexiones.</p> <p>Si la succión no mejora después de adoptar estas medidas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela.</p>
No hay flujo de leche	<p>Asegúrese de que el extractor de leche esté bien montado y de que haya succión. Relájese y realice una pausa de 10-15 minutos si no puede extraer leche tras dos sesiones de extracción consecutivas.</p> <p>Póngase en contacto con su consultora de lactancia / especialista en lactancia si sigue sin poder extraer leche.</p>

Si no ha resuelto el problema con el extractor de leche o si tiene más preguntas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela. Para obtener los datos de contacto, visite [www.medela.es](http://www.medela.es). En «Contacto», seleccione su país.

## 10. Accesorios

Los siguientes productos se venden por separado:

- Embudos PersonalFit Flex de talla S (21 mm), M (24 mm), L (27 mm) y XL (30 mm)
- Biberón para leche materna de 150 ml y 250 ml
- Bolsas de almacenamiento de leche materna

Dependiendo de cuál sea su región, consulte el sitio web y las tiendas locales para conocer la disponibilidad.

## 11. Garantía

Consulte la «Garantía internacional» para los productos de Medela en [www.medela.es](http://www.medela.es) para averiguar si se aplica a su producto y en qué medida.

## 12. Eliminación

Al final de su vida útil, separe las piezas del extractor de leche y elimínelas de acuerdo con lo indicado en la normativa local.

### Embudos, conector y accesorios

Estas piezas son de plástico y no son perjudiciales para el medioambiente si se eliminan como residuos domésticos. Recicle o elimine de acuerdo con lo establecido en las normativas locales.

## 13. Significado de los símbolos

### Símbolos utilizados en estas instrucciones



Símbolo de alerta general de seguridad, indica información relacionada con la seguridad.



Lea y siga las instrucciones de uso.

## Símbolos que se pueden encontrar en las piezas del producto y en su embalaje.

	Identifica al fabricante.		Indica la fecha de fabricación.
<b>REF</b>	Indica la referencia del dispositivo.	<b>LOT</b>	Indica el número de lote.
	Lea y siga las instrucciones de uso.		El embalaje contiene productos destinados a entrar en contacto con alimentos según lo establecido en el Reglamento CE 1935/2004.
	Mantener el producto alejado de la lluvia. Mantener seco.		Indica que el material es parte de un proceso de reciclaje/recuperación.
	Mantener el producto alejado de la luz solar.		Indica que el embalaje es de cartón.
	Contiene mercancía frágil. Manipular con cuidado.		

## 14. Normativas internacionales

### 14.1 Artículos para la alimentación líquida de niños

La tetina y el biberón previstos para la alimentación de bebés cumplen con lo establecido en la norma europea EN 14350.

## 15. Especificaciones técnicas

### Materiales en contacto con la piel o con la leche

- Embudo: polipropileno, elastómero termoplástico
- Conector, cabeza de válvula: polipropileno
- Diafragma, membrana de la válvula: goma de silicona
- Biberón: polipropileno
- Tapa: polipropileno

Ninguna de las piezas en contacto con la leche materna contiene BPA (bisfenol A).



# 1. Informações de segurança importantes



**Leia todas as instruções antes de utilizar este produto.**

**Guarde estas instruções para consulta futura.**

As advertências identificam todas as instruções que são importantes para a segurança.

A inobservância destas instruções pode causar ferimentos ou danificar o produto.

Os seguintes símbolos e palavras-sinal indicam a importância das advertências:

## ATENÇÃO

Pode causar lesões graves ou a morte.

## CUIDADO

Pode causar lesões menores.

## AVISO

Pode causar danos materiais  
(não relacionados com ferimentos pessoais).

## Informação

Informações úteis ou importantes que não  
estão relacionadas com a segurança.

## ATENÇÃO

Para evitar riscos para a saúde e reduzir o risco de lesões graves:

- A extração pode induzir o parto. Não extraia leite antes do parto. Se engravidar enquanto está a amamentar ou a extraír leite, consulte um profissional de saúde autorizado antes de continuar.
- Se estiver infetada com hepatite B, hepatite C ou vírus da imunodeficiência humana (VIH), a extração de leite materno não irá reduzir nem eliminar o risco de transmissão do vírus ao seu bebé através do leite materno.
- Lave todas as peças que entrem em contacto com a sua mama e o leite materno após cada utilização.
- As peças pequenas podem ser engolidas por crianças pequenas. É preciso vigilância apertada quando o extrator de leite ou os acessórios são utilizados na proximidade de crianças.

## CUIDADO

Para evitar riscos para a saúde e reduzir o risco de lesões:

- Trata-se de um produto para um só utilizador. O uso por mais do que uma pessoa pode representar um risco para a saúde.
- O dispositivo e os seus acessórios não são resistentes ao calor. Mantenha-os afastados de superfícies quentes ou chamas.
- Não exponha o dispositivo à luz solar direta.
- Antes de cada utilização, inspecione visualmente os componentes individuais quanto a danos ou desgaste. Nunca utilize um dispositivo defeituoso. Deite fora as peças aos primeiros sinais de dano ou desgaste.
- Não repare o dispositivo pelos seus próprios meios. Não modifique o dispositivo.
- Utilize o dispositivo apenas para o fim a que se destina, como descrito nestas instruções de utilização.
- Não ferva o leite materno nem o aqueça no micro-ondas. O aquecimento no micro-ondas pode causar queimaduras graves na boca do bebé devido aos pontos quentes que se desenvolvem no leite durante o aquecimento (o aquecimento no micro-ondas também pode alterar a composição do leite materno).
- Limpe e desinfete todas as peças que entrem em contacto com a sua mama e o leite materno antes da primeira utilização.
- Utilize apenas peças recomendadas da Medela com o dispositivo.
- Apesar de poder sentir algum desconforto ao utilizar um extrator de leite pela primeira vez, isso não deve causar dor. Se não estiver segura quanto ao tamanho correto do funil, vá a [www.medela.com](http://www.medela.com) ou consulte um consultor em aleitamento/especialista em amamentação, que poderá ajudá-la a encontrar o tamanho adequado.

## AVISO

- Manuseie os frascos biberões e componentes com a precaução necessária:
- Os frascos biberões e as peças de plástico ficam quebradiços quando congelados e podem partir se caírem.
- Os frascos biberões e outras peças podem ficar danificados se não forem manuseados da forma correta (por ex., se caírem, se forem demasiado apertados ou se tombarem).
- Não use o leite materno de frascos biberões ou componentes que apresentem sinais de danos.

# Índice

<b>1. Informações de segurança importantes</b>	<b>31</b>
<b>2. Utilização prevista</b>	<b>34</b>
<b>3. Descrição do produto</b>	<b>34</b>
3.1 Variantes do produto	34
3.2 O extrator de leite Harmony inclui	34
<b>4. Começar</b>	<b>34</b>
<b>5. Limpeza</b>	<b>35</b>
5.1 Lavar e desinfetar o extrator	35
<b>6. Preparação para a extração</b>	<b>37</b>
6.1 Escolher o tamanho certo de funil	37
6.2 Montar o conector e o funil	37
6.3 Montagem da pega	38
6.4 Posicionar o funil	38
<b>7. Utilizar o seu extrator de leite</b>	<b>38</b>
7.1 Imitar o ritmo do bebé (2-Phase Expression)	38
7.2 Extração do seu leite materno	39
7.3 Depois da extração	39
<b>8. Manusear o leite materno</b>	<b>40</b>
8.1 Orientações gerais para a conservação	40
8.2 Congelamento	40
8.3 Descongelamento	41
<b>9. Resolução de problemas</b>	<b>41</b>
<b>10. Acessórios</b>	<b>42</b>
<b>11. Garantia</b>	<b>42</b>
<b>12. Eliminação</b>	<b>42</b>
<b>13. Significado dos símbolos</b>	<b>42</b>
<b>14. Normas internacionais</b>	<b>43</b>
14.1 Equipamento para beber para crianças	43
<b>15. Especificações técnicas</b>	<b>43</b>

## 2. Utilização prevista

O extrator de leite Harmony é um extrator de leite manual para ser utilizado por mulheres lactantes para extraírem e recolherem leite dos seus seios. O extrator de leite Harmony destina-se a uma única utilizadora.

## 3. Descrição do produto

O extrator Harmony é um extrator manual de utilização pessoal com um funil PersonalFit Flex e uma pega de extrator 2-phase ergonómica.

Isto permite-lhe alternar entre movimentos curtos, de pouco volume, para estimular o fluxo de leite e movimento longos e profundos para extraír o seu leite de forma otimizada, da mesma forma que o seu bebé faz.

O extrator de leite Harmony

- é fácil de manusear e de limpar.
- permite-lhe extraír o seu leite silenciosa e discretamente.
- inclui um funil PersonalFit Flex de 24 mm para lhe oferecer mais conforto e mais leite.

### 3.1 Variantes do produto

Há duas variantes diferentes do extrator de leite Harmony:

- Extrator de leite Harmony: Inclui apenas o extrator.
- Harmony Edição Premium: Inclui o extrator, uma tetina de silicone compatível com o biberão Harmony, quatro sacos de armazenamento de leite e quatro protetores de seio ultra-finos Safe & Dry.

**Leia também as instruções de utilização fornecidas com estes itens adicionais.**

### 3.2 O extrator de leite Harmony inclui

Consulte a figura 6 nas páginas desdobráveis.

- |  |  |
|--|--|
| ■ 6-01 Cobertura de proteção (descartável) | ■ 6-09 Biberão   |
| ■ 6-02 Funil PersonalFit Flex de 24 mm     | ■ 6-10 Tampa   |
| ■ 6-03 Conector                            | ■ 6-11 Suporte para frasco                                   |
| ■ 6-04 Pega                                |  |
| ■ 6-05 Haste com O-ring                    | Os itens seguintes estão incluídos apenas na Edição Premium: |
| ■ 6-06 Diafragma                           | ■ 6-12 Tetina de alimentação                                 |
| ■ 6-07 Cabeça da válvula                   | ■ 6-13 Saco de armazenamento de leite (4 unidades)           |
| ■ 6-08 Membrana da válvula (2 unidades)    | ■ 6-14 Protetor de seio Safe & Dry (4 unidades)              |

## 4. Começar

Para ficar preparada para extraír leite pela primeira vez, separe as peças do extrator de leite, lave-as e desinfete-as, consulte a secção 5.1.

## 5. Limpeza

### 5.1 Lavar e desinfetar o extrator

A lavagem e a desinfeção são duas atividades diferentes. Devem ser feitas em separado para protegê-la a si e ao seu bebé e para manter o desempenho do dispositivo.

**Lavar** – Limpar as superfícies das peças através da remoção física de contaminação.

**Desinfetar** - Matar microrganismos, como fungos, bactérias ou vírus, que possam estar presentes nas superfícies das peças.

#### CUIDADO

- Separe e lave todas as peças que são expostas ao leite materno imediatamente após a utilização. Isto irá ajudar a remover resíduos de leite materno e a evitar o desenvolvimento de bactérias.
- Lave muito bem as mãos com água e sabão.
- Utilize apenas água potável da torneira ou água engarrafada para limpar.
- Não coloque as peças do extrator diretamente no lavatório ou lava-loiça para enxaguar ou lavar. Use uma bacia limpa, utilizada apenas para os itens de alimentação do bebé.
- Não use um pano da loiça para esfregar ou secar os itens.
- Não utilize desinfetantes para limpar.

#### AVISO

Preste atenção ao seguinte:

- Tenha cuidado para não danificar peças do extrator durante a limpeza. Não utilize um objeto afiado (como um palito) para a limpeza.
- Algumas peças do extrator Harmony são muito pequenas (por exemplo, o O-ring ou a membrana da válvula). Assegure-se de que não existem peças em falta quando voltar a montar o extrator após a limpeza.
- Guarde as peças do extrator secas num saco/recipiente limpo até à utilização seguinte.
- Não armazene peças molhadas ou húmidas, pois podem desenvolver bolores.
- Se notar um resíduo branco nas peças depois de as ferver, a sua água pode ter um conteúdo de minerais elevado. Remova os resíduos limpando as peças com um pano limpo e deixe secar ao ar.
- A água destilada é recomendada para ferver as peças, para evitar a acumulação substancial de minerais com o passar do tempo, o que pode comprometê-las.

#### Informação

Se lavar numa máquina de lavar loiça, as peças podem perder a cor. Isto não tem impacto no funcionamento das peças.

**O que fazer quando: Consulte as instruções detalhadas na página seguinte.**

**Antes da primeira utilização, remova e elimine** a tampa de proteção (■ 6-01) do funil. Lave e desinfete as peças do extrator e os biberões seguindo os passos 1 a 4 abaixo. Lave as peças e os biberões **após cada utilização** e desinfete as peças **uma vez por dia** após terem sido lavadas.


## 1. Desmontagem

Consulte a figura ■ 1 na página desdobrável.

- Desmonte o extrator nas suas peças individuais (funil, conector, pega, cabeça da válvula e frasco para leite materno).
- Remova o diafragma da pega e puxe a haste para fora.
- Remova a membrana da válvula da cabeça da válvula.
- Separar o frasco para leite materno, a tampa e o suporte para frasco.

## 2. Lavagem

### Enxague e lave à mão



- Enxague as peças desmontadas com água fria (cerca de 20 °C).
- Limpe estas peças com quantidades abundantes de água morna e sabão (cerca de 30 °C). Utilize um detergente líquido comercial.
- Enxague as peças com água fria durante 10 a 15 segundos (cerca de 20 °C).

### Lave na máquina



Coloque as peças desmontadas na prateleira de cima ou no compartimento destinado aos talheres. Utilize um detergente para máquinas de lavar loiça disponível no mercado.

ou

## 3. Desinfete (antes da primeira utilização e uma vez por dia)

### Desinfete no fogão



Cubra as peças desmontadas e lavadas com água e ferva durante pelo menos 5 minutos.

### Desinfete no micro-ondas



(exceto para a pega)

Use sacos Quick Clean\* no micro-ondas de acordo com as instruções nos sacos.

ou

\*Consulte o Website/lojas locais para ver a disponibilidade no seu país.

## 4. Secar

Deixe secar ao ar sobre um pano de loiça limpo que não tenha sido usado, ou uma toalha de papel. Guarde as peças secas num ambiente limpo. Não armazene as peças num recipiente/saco hermético se estiverem húmidas. É importante que toda a humidade residual seque.

## 6. Preparação para a extração

Utilize apenas peças limpas e secas na montagem. Consulte o **capítulo 5** sobre limpeza.

### CUIDADO

Para evitar a contaminação do seu leite:

- Lave muito bem as mãos com água e sabão antes de tocar nas peças do extrator e nos seios.
- Seque as mãos com uma toalha limpa ou uma toalha de papel de utilização única.
- Evite tocar no interior dos frascos biberões e das tampas.

Para garantir que o dispositivo funciona de forma correta e segura:

- Verifique se os componentes do extrator estão desgastados ou deteriorados antes de serem utilizados. Substitua, se necessário.
- Antes de utilizar, verifique sempre se todas as peças estão limpas. Se estiverem sujas, limpe de acordo com o **capítulo 5**.

### AVISO



O-ring

Haste

O O-ring garante uma conexão estanque entre a pega e o conector.

Isso é essencial para a formação de vácuo.

Assegure-se de que o O-ring branco está no seu sulco da haste.

Se estiver em falta ou defeituoso, contacte o Serviço de apoio ao cliente da Medela.

### 6.1 Escolher o tamanho certo de funil

Consulte a figura 7 nas páginas desdobráveis.

1. Para um tamanho adequado, meça o diâmetro do seu mamilo ( 7-01).
2. Escolha o funil que seja ligeiramente maior do que o seu mamilo ( 7-02).

Para obter mais informações sobre os tamanhos de funil, vá a [www.medela.com](http://www.medela.com).

### 6.2 Montar o conector e o funil

Consulte a figura 2 nas páginas desdobráveis.

1. 2-01 Empurre cuidadosamente o funil para dentro da abertura de cima do conector.  
→ Escolha um funil com um tamanho adequado às suas necessidades.
2. 2-02 Coloque a membrana da válvula numa posição horizontal na cabeça da válvula.  
Empurre cuidadosamente a saliência da membrana para o interior do orifício mais pequeno da cabeça até que esta encaixe.  
→ A membrana deverá ficar plana sobre a cabeça.
3. 2-03 Empurre a cabeça da válvula em direção à manga interior do conector.  
→ A cabeça da válvula deve ficar posicionada de lado, como mostrado na figura.
4. 2-04 Enrosque o biberão no conector.

## 6.3 Montagem da pega

Consulte a figura 3 nas páginas desdobráveis.

1. 3-01 Insira a haste (com o O-ring) no orifício na parte superior do diafragma.
2. 3-02 Assegure-se de que a base de formato oval da haste se encontra corretamente alinhada com o diafragma.
3. 3-03 Coloque o diafragma na pega do extrator. Tenha em conta a orientação (o recesso no diafragma prende-se na língua da pega) e empurre para baixo firmemente à volta de toda a orla para assegurar uma vedação adequada.
4. 3-04 Introduza a haste saliente da pega na abertura no cimo do conector. Empurre até que a haste encaixe no sítio.

## 6.4 Posicionar o funil

Consulte a figura 4 nas páginas desdobráveis.

1. Os funis ovais podem ser girados (360°) e colocados na posição desejada para ter o encaixe mais confortável para si.
2. 4-01 Coloque o funil na mama de modo que o mamilo fique devidamente centrado no canal.
3. 4-02 Segure o funil contra a mama com a ajuda do polegar e do indicador. Suporte a mama com a palma da mão.
4. Comece a extrair como descrito na **secção 7.2**.

# 7. Utilizar o seu extrator de leite

## 7.1 Imitar o ritmo do bebé (2-Phase Expression)

Os bebés usam uma ação de sucção de «duas velocidades». Primeiro, sugam depressa e depois mudam para um ritmo de sucção mais lento e mais profundo, quando o leite começa a fluir. A ação de sucção mais rápida estimula o reflexo de ejeção de leite e inicia o fluxo de leite; a sucção mais lenta puxa o leite para fora, para a fase de alimentação. A 2-Phase Expression é uma ação de extração de «duas velocidades» que imita os ritmos naturais de sucção do bebé. O design da pega do extrator permite-lhe começar com a ação de sucção rápida chamada **fase de estimulação**. Para isso, deve acionar o lado curto da pega com o polegar de uma forma rápida. Quando vir leite a fluir ou sentir a ejeção de leite, pode então mudar para a **fase de extração** acionando o lado maior da pega com os dedos de uma forma mais lenta e com um curso completo.

## 7.2 Extração do seu leite materno

### CUIDADO

- Não segure no extrator pelo biberão. Fazê-lo pode causar o bloqueio dos canais de leite e o ingurgitamento.
- Só deve encher o frasco biberão até à marca de 150 ml.
- Contacte o seu profissional de saúde ou especialista em amamentação se apenas conseguir extraír uma quantidade mínima ou nenhum leite, ou se a extração for dolorosa.

Consulte a figura □ 5 nas páginas desdobráveis.

1. □ 5-01 Inicie o processo de extração com a estimulação: Utilizando o polegar, prima a parte mais pequena da pega. Esta é a parte que tem gotas de leite em cima. Prima e solte a pega rapidamente, fazendo movimentos rítmicos, até que o leite comece a fluir.
2. □ 5-02 Logo que o leite comece a fluir, passe para o modo de extração: Com os dedos, prima a parte mais baixa e comprida da pega. Ao fazê-lo está a criar um vácuo que facilita a extração do leite. Controle o nível de vácuo através da velocidade a que comprime a pega e a compressão criada. Determine o ritmo de extração que melhor se adequa a si.
3. Termine a extração quando sentir que o leite deixou de sair ou quando o frasco estiver cheio.

## 7.3 Depois da extração

Prepare o leite para a conservação da seguinte forma:

1. Desenrosque o frasco do conector.
2. Use o suporte do frasco biberão para evitar que o frasco biberão tombe.
3. Feche o frasco biberão com uma tampa.

## 8. Manusear o leite materno

### 8.1 Orientações gerais para a conservação

Orientações para a conservação de leite materno acabado de extrair  
(para bebés de termo saudáveis)

Temperatura ambiente 16 a 25 °C (60 a 77 °F)	Frigorífico 4 °C (39 °F) ou mais frio	Congelador –18 °C (0 °F) ou mais frio	Leite materno descongelado no frigorífico
Até 4 horas, de preferência	Até 3 dias, de preferência	Até 6 meses, de preferência	À temperatura ambiente: Até 2 horas
*Até 6 horas, para leite extraído em condições de muita higiene	*Até 5 dias, para leite extraído em condições de muita higiene	*Até 9 meses, para leite extraído em condições de muita higiene	Frigorífico: Até 24 horas  <b>Não recongelar!</b>

\*Orientações para a extração de leite em condições de muita higiene:  
Antes de extraír o leite materno, as mães devem lavar as mãos com água e sabão ou com um desinfetante de mãos à base de álcool. As peças do extrator, os frascos biberões e a zona de extração devem estar limpos. A mama e o mamilo não necessitam de ser lavados antes da extração.

- Estas orientações de conservação e descongelamento de leite materno são uma recomendação. Para obter mais informações, consulte o seu consultor em aleitamento ou especialista em amamentação.
- Conserve o leite materno na zona mais fria do frigorífico (na parte de trás da prateleira de vidro por cima do compartimento dos vegetais).

### 8.2 Congelamento

#### AVISO

- Ciclos repetidos de congelamento/descongelamento destroem a estrutura do leite. Por isso, nunca volte a congelar leite materno.
- Congele o leite materno extraído em frascos biberões de plástico ou em sacos para conservação de leite. Não encha os frascos biberões ou os sacos mais de 3/4 da sua capacidade para permitir a sua expansão.
- Coloque etiquetas nos frascos biberões ou sacos com a data e o volume da extração.
- Os frascos biberões e as peças de plástico ficam quebradiços quando congelados e podem partir se caírem.
- Não use o leite materno de frascos biberões ou componentes que apresentem sinais de danos.

## 8.3 Descongelamento

### ⚠ CUIDADO

Não descongele nem aqueça leite materno num micro-ondas ou numa panela com água a ferver. Isto ajuda a preservar os componentes importantes e a prevenir queimaduras.

- Para preservar os componentes do leite materno, descongele o leite no frigorífico durante a noite.
- Em alternativa, mantenha o frasco biberão ou o saco sob água morna corrente (máx. 37 °C / 98,6 °F).

### AVISO

Agite suavemente o frasco biberão ou o saco com um movimento rotativo, para misturar qualquer gordura que se tenha separado. Evite sacudir violentamente ou mexer o leite.

41

## 9. Resolução de problemas

No caso de um comportamento inesperado por parte do seu extrator de leite, verifique no quadro de resolução de problemas se encontra a questão na coluna «Problema» e siga as instruções dadas na coluna «Solução».

### Quadro de resolução de problemas

Problema	Solução
A sucção é fraca ou não existente	Verifique a presença do O-ring na haste e a sua condição adequada. Se estiver em falta ou defeituoso, contacte o Serviço de apoio ao cliente da Medela. Certifique-se de que o funil forma uma vedação completa à volta da mama. Certifique-se de que a cabeça da válvula amarela e a membrana branca estão limpas e não estão danificadas. Certifique-se de que a membrana está colocada de forma plana na cabeça da válvula. Certifique-se de que a cabeça da válvula está posicionada de lado no conector. Certifique-se de que os componentes da pega estão montados corretamente. Verifique todas as ligações. Se a sucção não melhorar depois de seguir estes passos, contacte o Serviço de apoio ao cliente da Medela.
Não há fluxo de leite	Certifique-se de que o extrator está montado corretamente e que existe sucção. Relaxe e faça uma pausa de 10-15 minutos caso não consiga a extração após duas sessões de extração consecutivas. Consulte o seu consultor em aleitamento materno/especialista em amamentação se continua a não conseguir extraer leite.

Se não resolveu o problema do seu extrator de leite ou se tiver mais questões, contacte o Serviço de apoio ao cliente da Medela. Para ver os dados de contacto vá a [www.medela.com](http://www.medela.com). Escolha o seu país em «Contacto».

## 10. Acessórios

Os produtos seguintes são vendidos separadamente:

- Tamanhos de funil PersonalFit Flex S (21 mm), M (24 mm), L (27 mm), XL (30 mm)
- Frasco para leite materno 150 ml, 250 ml
- Sacos de conservação de leite materno

Dependendo da sua região, verifique a disponibilidade no Website/lojas locais.

## 11. Garantia

Consulte a «Garantia Internacional» para os produtos da Medela disponível em [www.medela.com](http://www.medela.com) para saber se a garantia se aplica a este produto e em que extensão.

## 12. Eliminação

No final da sua vida útil, separe as peças do seu extrator de leite e elimine de acordo com os regulamentos locais.

### Funis, conector e acessórios

As peças são feitas de plásticos que não são nocivos para o ambiente quando eliminados como lixo doméstico. Recicle ou elimine de acordo com os regulamentos locais.

## 13. Significado dos símbolos

### Símbolos utilizados nestas instruções



Símbolo de alerta de segurança geral, aponta para informação relacionada com a segurança.



Leia e siga as instruções de utilização.

## Símbolos encontrados nas peças do produto e na sua embalagem.

	Identifica o fabricante.		Indica a data de fabrico.
	Indica o número de artigo do dispositivo.		Indica o número de lote/remessa.
	Leia e siga as instruções de utilização.		A embalagem contém produtos destinados a entrar em contacto com alimentos em conformidade com o regulamento CE 1935/2004.
	Mantenha ao abrigo da chuva. Mantenha em condições secas.		Indica que o material faz parte de um processo de recuperação/reciclagem.
	Mantenha ao abrigo da luz solar.		Indica que a embalagem é feita de cartão.
	Contém artigos frágeis. Manuseie com cuidado.		

## 14. Normas internacionais

### 14.1 Equipamento para beber para crianças

A tetina e o biberão destinados à alimentação do bebé estão em conformidade com a Norma Europeia EN 14350.

## 15. Especificações técnicas

### Materiais que tocam na pele ou entram em contacto com o leite

- Funil: Polipropileno, elastómero termoplástico
- Conector, cabeça da válvula: Polipropileno
- Diafragma, membrana da válvula: Borracha de silicone
- Frasco: Polipropileno
- Tampa: Polipropileno

Nenhuma peça que entra em contacto com o leite materno é feita com BPA (bisfenol A).

## الرموز الموجودة على أجزاء المنتج وعبوته.

يشير إلى تاريخ التصنيع.		يحدد جهة التصنيع.	
يشير إلى رقم الفئة.		يشير إلى رقم جزء الجهاز.	
تحتوي العبوة على منتجات مخصصة لاستخدام يتضمن ملائمة المنتج للطعام بموجب اللائحة التوجيهية رقم 2004/1935 (EC).		اقرئي تعليمات الاستخدام واتبعها.	
يشير إلى أنَّ المادة جزء من عملية استرداد/ إعادة تدوير.		احفظ المنتج بعيداً عن الأمطار. احفظه في ظروف جافة.	
يشير إلى أنَّ العبوة مصنوعة من ورق الكرتون.		احفظ المنتج بعيداً عن أشعة الشمس.	
		يتضمن منتجات سهلة الكسر. كن حذراً أثناء حمله.	

## 14. اللوائح الدولية

### 14.1 معدات الشرب للأطفال

تتوافق الحلة والزجاجة المخصستان لإرضاع الأطفال مع المعيار الأوروبي EN 14350.

## 15. المواصفات الفنية

### مواد ملائمة للجلد أو للحليب

- حامل الثدي: بولي بروبيلين ومادة لدنة مقاومة للحرارة
- الموصل، ورأس الصمام: بولي بروبيلين
- الحاجز، وغشاء الصمام: مطاط السيليكون
- الزجاجة: بولي بروبيلين
- الغطاء: بولي بروبيلين

جميع الأجزاء المخصصة لملائمة حليب الثدي لم يتم تصنيعها باستخدام مادة "بيسفينول إيه" (BPA).

## 10. الملحقات

يتم بيع المنتجات التالية بشكل منفصل:

- أحجام حامل الثدي PersonalFit Flex؛ الحجم S (٢١ مليمتر)، والحجم M (٢٤ مليمتر)، والحجم L (٢٧ مليمتر)، والحجم XL (٣٠ مليمتر).
- زجاجة حليب الأم ١٥٠ ملليلتر، ٢٠٠ ملليلتر
- أكياس تخزين حليب الأم

على حسب منطقتك، راجعي الموقع الإلكتروني/المتاجر المحلية لمعرفة مدى توافر المنتج.

## 11. الضمان

يرجى الرجوع إلى "الضمان الدولي" الفاصل بمنتجات Medela والمتاح على الموقع الإلكتروني [www.medela.com](http://www.medela.com) لمعرفة إذا ما كان الضمان يسري على هذا المنتج، وإلى أي مدى يسري الضمان.

## 12. التخلص من المنتج

في نهاية فترة تشغيل مضخة الثدي، افصلي أجزاءها وتخلصي منها طبقاً للوائح المحلية.

### حامل الثدي والموصول والملحقات

تصنع هذه الأجزاء من البلاستيك غير الضار بالبيئة عند التخلص منها كنفايات منزلية. قومي بإعادة تدوير المنتج أو التخلص منه طبقاً للوائح المحلية.

## 13. معاني الرموز

### الرموز المستخدمة في هذه التعليمات

اقرئي تعليمات الاستخدام واتبعها.



رمز تنبيه للسلامة العامة، يشير إلى المعلومات المتعلقة بالسلامة.



## ٨.٣ إِذَابَةُ التَّجْمِيدِ

- كأسلوب بديل، أمسكي الزجاجة أو الكيس تحت ماء دافئ (بحد أقصى ٣٧ درجة مئوية / ٩٨,٦ درجة فهرنهايت).
- للحفاظ على المكونات المهمة في حليب الأم، قومي بإذابته بنزكه في الثلاجة طوال الليل.
- يساعد على المحافظة على المكونات المهمة وينع الإصابة بالملروق.
- لا تذببي حليب الأم أو تُدْفِئيه في ميكروويف أو إماء به ماء يغلي، لأن الامتناع عن ذلك يساعد على المحافظة على المكونات المهمة.

انذار

حرّكي الزجاجة أو الكيس برفق بحركة دائيرية لمزج أي دهون منفصلة. تجنّبي رج الحليب أو تقليله.

## ٩. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة حدوث سلوك غير متوقع لمضخة الثدي، فعليك بمراجعة جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، إذاً وجدت المشكلة في العمود "المشكلة" واتبع التعليمات المذكورة في عمود "الحل".

## جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحل

المشكلة

تحقيقى من وجود الملقة الدائيرية على العمود ومن كونها في حالة جيدة. إذا فقدت الملقة الدائرية أو كان بها عيب، فتواصلي مع خدمة عملاء Medela. تأكدى من وضع حامل الثدي حول الثدي بشكل شديد الإحكام. تأكدى من أن رأس الصمام الأصفر والغشاء الأبيض نظيفان ولم يلتقط بهما أي أضرار. تأكدى من وضع الغشاء بشكل مستو على رأس الصمام. تأكدى من وضع رأس الصمام بشكل جانبي في الموصل. اهربصى على تركيب مكونات المقipض بصورة صحيحة. افحص جميع التوصيلات.

إذا لم تتمكن عملية المص بعد اتباع هذه الخطوات، فتواصلى مع خدمة عملاء Medela.

شدّة المص  
منخفضة أو لا  
يوجد بها

نحو من تركيب مضخة الذي بصورة صحيحة ومن حدوث عملية المص بعد استرخي واحصل على استراحة لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة إذا لم تتم عملية الضغ بعد جلاستي ضخ متبالين. راجعني أستشاري الإرضاع أو اختصاصي الرضاعة الطبيعية إذا كنت لا زلت تواجهين صعوبة في عملية الضغ.

لَا يوجد تدفق  
للحاس.

إذا لم يتم حل المشكلة التي تواجهها في مضخة الثدي أو إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، فيرجى الاتصال بخدمة عملاء Medela. للحصول على بيانات جهة الاتصال، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني [www.medela.com](http://www.medela.com). وضمن الفنا " جهة الاتصال" (Contact)، اختر أي بند يناسبك.

## 8. التعامل مع حليب الأم

### 8.1 إرشادات التخزين العامة

توجيهات تخزين لبن الأم المستخلص حديثاً (للرضع المولودين بعد إتمام فترة حمل صحيحة)

لبن الأم المذاب في الثلاجة	المجمّد ١٨ درجة مئوية تحت الصفر (٠ درجة فهرنهايت) أو أكثر بروادة من ذلك	الثلاجة ٤ درجة مئوية (٣٩ درجة فهرنهايت) أو أكثر بروادة من ذلك	درجة حرارة الغرفة ١٦ إلى ٢٥ درجة مئوية (٦٠ إلى ٧٧ درجة فهرنهايت)
في درجة حرارة الغرفة: ما يصل إلى ساعتين  الثلاجة: ما يصل إلى ٤ ساعات  <b>لا تُعيدي تجميده!</b>	ما يصل إلى ٦ أشهر أفضل ما يكون	ما يصل إلى ٣ أيام أفضل ما يكون	ما يصل إلى ٤ ساعات أفضل ما يكون

\*توجيهات لاستخلاص الحليب في ظروف نظيفة جداً:

قبل استخلاص حليب الأم، ينبغي للأمهات غسل أيديهن بالصابون، والماء، أو مطهّر يدّين، أساسه الكحول. أما أجزاء المضخة، والزجاجات، ومنطقة الفص فلا بد أن تكون نظيفة.

بينما الثديان والحملتان لا تحتاجان إلى غسل قبل الفصل.

• يمكنك التعامل مع المبادئ التوجيهية لتخزين حليب الأم وإذانته باعتبارها توصية مقدمة. اتصل بمستشاري الإرضاع أو اختصاصي الرضاعة الطبيعية خاصتك للتعرف على مزيد من المعلومات.

• خذني الحليب في الموضع الأبرد من الثلاجة (في الجزء الخلفي من الرف الزجاجي فوق الجزء المخصص للخضروات).

## 8.2 التجميد

### إنذار

- تكرار عملية التجميد/إذابة التجميد يؤدي إلى تكسير بنية الحليب. لذا، لا تقومي أبداً بإعادة تجميد الحليب.
- كمّدي لبن الأم المستخلص في زجاجات بلاستيكية أو في أكياس تخزينه. لا تملئي الزجاجات أو الأكياس بما يزيد عن  $\frac{2}{3}$  (ثلاثة أرباع) ملئها لافساح مساحة للتمدد المحتمل.
- ضعي على الزجاجات أو الأكياس ملصقات بتاريخ الاستخلاص وكميته.
- تصبح الزجاجات والأجزاء البلاستيكية هشة عند تجميدها وقد تتعرض للكسر عند تعرضاها إلى السقوط.
- لا تستخدمي الحليب من الزجاجات أو المكونات التي تظهر عليها علامات التلف.

## 7.2 ضخ حليب الأم

### ١- تنبية

- لا تمسكي المضخة من الزجاجة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث ما يُعرف باسم تحفل الثدي (امتلاء بالحليب وتمدد)، وقد يؤدي إلى حدوث انسداد في مجاري الحليب.
- قومي بملء العبوة حتى علامة ١٠٠ ملilتر فقط.
- اتصلي بمستشار الرعاية الصحية أو اختصاصي الرضاعة الطبيعية الذي تتعاملين معه إذا كنت تضخين القليل من الحليب فقط أو إذا كنت لا تضخين أي حليب بالمرة، أو إذا كانت عملية الضخ مؤلمة.

راجع الشكل ٥ في الصفحات المطوية.

- ١-٥-١. بدء عملية الضخ من خلال التحفيز: اضغط على إبهامك على الجزء الأصفر من المقipض، وهو الجزء المرسوم عليه قطرات الحليب. اضغط وأوقف الضغط بسرعة بشكل متكرر حتى يبدأ الحليب في التدفق.
- ٢-٥-٢. عند بدء تدفق الحليب، اتّقلي لمرحلة الضخ: اضغط على إصبعك على الجزء السفلي والأطول من المقipض، بتنفّيذ تلك الحركات، فإنك تقوّمين بإحداث عملية شفط الحليب والتي تسهل تدفق الحليب. ويمكنك التحكم في مستوى الشفط من خلال سرعة حركة المقipض والضغط الذي تولده.
٣. قرري بنفسك إيقاع الضخ الأنسب لك.

### 7.3 بعد ضخ الحليب:

- حضرى الحليب ليتم تزيينه على النحو التالي:
١. فكِي الزجاجة من الموصل.
  ٢. استخدّمي حامل العبوة لمنع انفاس العلبّة.
  ٣. أغلقي العبوة بالغطاء.

### 6.3 تركيب المقبض

راجع الشكل ٣ في الصفحات المطوية.

١. ٣-٤-٠ أدخل العمود (مع الحلقة الدائرية) في الفتحة الموجودة على الجانب العلوي من الحاجز.

٢. ٣-٣-٠ تأكدي من ملائمة القاعدة ببضاوية الشكل للعمود مع الحاجز بشكل صحيح.

٣. ٣-٣-٠ ضعي الحاجز في مقبض المضخة. انتهي للاتجاه (يتعرّض تجويف الحاجز مع اللسان الموجود في المقبض) واضغطي حول الحاجة بالكامل بإحكام لضمان إحكام الغلق.

٤. ٣-٤-٠ أدخل عمود مجموعة المقبض في الفتحة الموجودة في الجزء العلوي من الموصل. ادقعي حتى يستقر العمود في مكانه.

### 6.4 وضع حامل الثدي

راجع الشكل ٤ في الصفحات المطوية.

١. يمكن تدوير حوامل الثدي ببضاوية الشكل (٣٦٠ درجة) ووضعها في الموضع المطلوب لضمان ملائتها لك على الوضع الأكثر راحة بالنسبة إليك.

٢. ٤-١-٠ ضعي حامل الثدي على ثديك بحيث تتمركز حاملاً الثدي داخل القناة بشكل مناسب.

٣. ٤-٢-٠ أمسكي حامل الثدي، وقومي بثبيته على ثديك باستخدام كل الإصبعين السابة والإبهام. واحملي ثديك براحة يدك.

٤. ابدئي بضخ الحليب كما هو موضح في القسم ٧.

## 7. تشغيل مضخة الثدي

### 7.1 محاكاة نمط رضاعة الطفل (شفط الحليب على مرحلتين)

يستخدم الأطفال حركات مص تتم من خلال "سرعتين"، فهم يبدؤون بحركة مص سريعة، ثم ينتقلون إلى المص بمعدل أبطأً وينتظم امتصاص أعمق عند ما يبدأ الحليب في التدفق. تعمل حركة المص الأسرع على تحفيز العملية الانعكاسية لإدرار الحليب وتحفيز تدفقه؛ في حين تعمل حركة المص الأبطأ على شفط الحليب لمراحل الرضاعة.

تمثل حركة الشفط ثنائية المراحل حركة ضخ تتم على "سرعتين"، وهي تحاكي إيقاعات المص الطبيعية لطفلك. ويتيح لك تصميم مقبض المضخة أن تبدئي العمل بحركة المص السريعة، والتي تُعرف باسم "مرحلة التحفيز". وستقوّمين خلال هذه المرحلة بتحريك الجانب القصير من المقبض بإيامك بشكل سريع. وعند رؤية تدفق الحليب أو الشعور بإدراجه، يمكنك الانتقال إلى مرحلة الضخ من خلال تحريك الجانب الأطول من المقبض بأصابعك وبطريقة أبطأً وبحركات كاملة.

## ٦. التحضير من أجل الفحص

لا تستخدمي إلا الأجزاء النظيفة والجافة في تركيب المضخة. راجعي **الفصل ٥** للاطلاع على إرشادات التنظيف.

### ١- تنبيه

- لمنع تلوث الحليب:
- اغسلي يديك جيداً بالماء والصابون قبل لمس أجزاء المضخة والثديين.
  - وجففي يديك بمنشفة نظيفة أو منشفة ورقية للاستخدام مرةً واحدة.
  - تجنبي ملامسة الزجاجات والأغطية من الداخل.
  - للتأكد من عمل الجهاز بالصورة الصحيحة وبشكل آمن:
  - قومي بفحص مكونات المضخة للتأكد من عدم بليها أو تلفها قبل الاستخدام. استبدلي المكونات إذا لزم الأمر.
  - افحصي جميع الأجزاء على الدوام قبل الاستخدام للتحقق من نظافتها. إذا لم تكن نظيفة، فقومي بتنظيفها طبقاً **للفصل ٥**.

### إنذار

- الحلقة الدائرية تعمل الحلقة الدائرية على ضمان ارتياط المقبض والموصل بشكل مُحكم، فهذا ضروري لإحداث الفراغ اللازم للشفط.
- العمود تأكدي من استقرار الحلقة الدائرية البيضاء في المز (المجرى المغوف) داخل العمود.
- إذا فقدت الحلقة الدائرية أو كان بها عيب، فتواصلني مع خدمة عملاء Medela.



## ٦.١ اختيار الحجم الصحيح لحامل الثدي

- راجعي الشكل ٧ في الصفحات المطوية.
١. لتحديد الحجم بصورة صحيحة، قومي بقياس قطر حلمة ثديك (٠٣-٠٧).
  ٢. اختاري حامل الثدي الأكبر قليلاً من حلمتك (٠٣-٠٧).

للمزيد من المعلومات حول تمديد حجم حامل الثدي، قومي بزيارة الموقع الإلكتروني [www.medela.com](http://www.medela.com)

## ٦.٢ تركيب الموصل وحامل الثدي

- راجعي الشكل ٢ في الصفحات المطوية.
١. ٢-١-٠ ادفعي حامل الثدي بحدار في الفتحة العلوية للموصل.
  ٢. ← اختاري حجم حامل الثدي الذي يفي باحتياجاتك.
  ٣. ٢-٣-٠ ضعي غشاء الصمام في وضع أفقى على رأس الصمام. ادفعي النتوء الموجود على الجزء الخلفي للغشاء بحدار في أصغر قبة موجودة على الرأس حتى يتعشق بها.
  ٤. ← يجب أن يكون الغشاء مستوياً على الرأس.
  ٥. ٣-٣-٠ ادفعي رأس الصمام في الجلبة الداخلية للموصل.
  ٦. ← يجب أن يوضع رأس الصمام بشكل جانبي على النحو الموضح في الصورة.
  ٧. ٣-٤-٠ قومي بلف الزجاجة لتنبيتها في الموصل.

**قبل الاستخدام لأول مرة، أزيلي الغطاء الواقي (٦-١٠) من على حامل الثدي وتخليصي منه.** اغسلي أجزاء المضخة والزجاجات وطهريها، باتباع الخطوات من ١ إلى ٤ أدناه.  
اغسلي أجزاء المضخة والزجاجات **بعد كل استخدام** وطهري **الأجزاء مرة واحدة يومياً** بعد غسلها.

#### ٤. التفكيل

- راجع الشكل ٤ في الصفحة المطوية.  
أ. قومي بفكك المضخة لفصل أجزائها الفردية (حامل الثدي، والموصل، والمقبض، ورأس الصمام، وزجاجة الحليب).  
ب. قومي بإزالة العاشر من المقابض وأسمعي العمود للخارج.  
ج. أزيلي غشاء الصمام من على رأس الصمام.  
د. افصلي زجاجة الحليب والغطاء وحامل الزجاجة عن بعضها.

#### ٥. الغسيل

##### الغسيل في غسالة الأطباق



ضعي الأجزاء التي قمت بفككها على الرف العلوي أو في قسم أدوات تناول الطعام. واستخدمي أيّاً من منظفات غسل الأطباق المتوفّرة تجاريّاً.

أو

##### الشطف والغسيل يدوياً



ج. اشطفي الأجزاء التي قمت بفككها بالماء البارد (في درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية تقريباً).

ب. نظفي هذه الأجزاء بكلمة وافرة من الماء الدافئ والصابون (في درجة حرارة ٣٠ درجة مئوية تقريباً). استخدمي سائل غسيل أطباق متوفّر تجاريّاً.

د. اشطفي الأجزاء بمياه باردة لمدة ١٠ إلى ١٥ ثانية (في درجة حرارة ٢٠ درجة مئوية تقريباً).

#### ٦. التطهير (قبل الاستخدام لأول مرة ومرة واحدة يومياً)

##### التطهير في الميكروويف



ما عدا  
(المقبض)

استخدمي أكياس Quick Clean \* في الميكروويف وفقاً للتعليمات المذكورة عليها.

أو

##### التطهير على الموقد



٥ دقائق

قومي بغمر الأجزاء المغسولة التي قمت بفككها بالماء واغليها لمدة ٥ دقائق على الأقل.

\*راجع الموقع الإلكتروني/المتاجر المحلية لمعرفة مدى توافر هذا المنتج في بلدك.

#### ٧. التجفيف

اتركيها لتجف في الهواء على منشفة أطباق أو على منديل ورقية نظيفة ولم يسبق استعمالها. قومي بتخزين الأجزاء الجافة في بيئة نظيفة. لا تخزن أجزاء في حقيبة/حاوية محكمة الغلق إذا كانت رطبة. ومن المهم أن تجف كل الرطوبة المتبقية.

## 5. التنظيف

### 5.1 غسل المضخة وتطهيرها

الغسيل والتعقيم نشاطان مختلفان. يجب إجراء الغسيل والتعقيم بشكل منفصل لحماية طفلك، وللحفاظ على أداء الجهاز.

**الغسيل** - لتنظيف أسطح الأجزاء عن طريق إزالة التلوث باليد.

**التطهير** - للتخلص من الكائنات الدية المجرية، مثل الفطريات والبكتيريا والفيروسات، التي قد تكون موجودة على أسطح الأجزاء.

#### تبليغ

- افصلي جميع الأجزاء المعرضة للحليب وقومي بغسلها على الفور بعد الاستخدام.
- سيساعد ذلك في إزالة بقايا الحليب ومنع نمو البكتيريا.
- اغسلي يديك جيداً بالمياه والصابون.
- لا تستخدمي إلا مياه الصنبور أو المياه المعبأة الصالحة للشرب لإجراء التنظيف.
- لا تضعي أجزاء المضخة بشكل مباشر في حوض الاغتسال لسطفها أو غسلها. وإنما ضعيها في حوض غسيل نظيف يُستخدم فقط لأغراض الرضاعة المخصصة لطفلك.
- لا تستخدمي منشفة صلبة لدعاعك الأغراض أو تجفيفها.
- لا تستخدمي المطهرات في التنظيف.

#### إنذار

انتبه للأمور التالية:

• احرصي على عدم إتلاف أجزاء المضخة أثناء تنظيفها. لا تستخدمي الأدوات الحادة (كعواد الأسنان) في التنظيف.

• تكون بعض أجزاء مضخة الندي Harmony صغيرة للغاية (مثل الحلقة الدائرية أو غشاء الصمام). تأكدي من عدم وجود أجزاء ناقصة عند إعادة تركيب المضخة بعد تنظيفها.

• قومي بتخزين أجزاء المضخة المباعدة في حقيبة/حاوية إلى أن يحين موعد الاستخدام التالي.

• لا تقمي بتخزين الأجزاء الرطبة أو المبللة حتى لا يتكون العفن عليها.

• إذا لاحظت وجود رواسب بيضاء اللون على الأجزاء بعد الغلي، فقد تحتوي المياه على نسبة عالية من محتوى المعادن. أزيلي الرواسب من على الأجزاء بمسحها باستخدام منشفة نظيفة واتركيها لتتجف في البراء.

• يُوصى باستخدام المياه المقطرة عند غلي الأجزاء لمنع حدوث تراكم ملموس للمعادن بمرور الوقت، والتي قد تشكل ضرراً على الأجزاء التي تستخدمنا.

#### معلومات

إذا كنت تستخدمين غسالة الأطباق، فقد يتلاشى لون أجزاء المضخة. ولن يؤثر هذا الأمر على عمل الجزء المتأثر.

ما الذي يتغير عليك فعله في تلك الحالة: اطلع على التعليمات المفصلة في الصفحة التالية.

## 2. الغرض من الاستخدام

مضخة الثدي Harmony هي مضخة ثدي يدوية تستخدمنا النساء المرضعات لضخ الحليب من الثدي وتجميعه. مضخة الثدي Harmony مخصصة للاستخدام من جانب واحدة.

## 3. وصف المنتج

مضخة الثدي Harmony هي مضخة ثدي يدوية معدة للاستخدام الشخصي، وهي مزودة بحامل الثدي PersonalFit Flex وقبض مريح للمضخة لشفط الحليب على مرحلتين.

وسيتيح لك ذلك التبديل بين الحركات القصيرة الطفيفة لتحفيز تدفق الحليب، وبين الحركات الطويلة العميقية التي تسحب الحليب على النحو الأمثل، تماماً كما يفعل طفلك.

- مضخة الثدي Harmony سهلة الاستخدام والتنظيف.
- تُمكنك من سحب الحليب بهدوء وبرؤ.
- تشتمل على حامل الثدي PersonalFit Flex مقاس ٤٤ مليمتر ليمنحك المزيد من الراحة ولضخ المزيد من الحليب.

## 3.1 الأشكال المتنوعة للمنتج

- يوجد شكلان مختلفان لمضخة الثدي Harmony: مضخة الثدي Harmony: تشتمل على المضخة فحسب.
- مجموعة مستلزمات Harmony: تتضمن المضخة، وحلمة من السليكون متوافقة مع زجاجة Harmony، وأربعة أكياس تخزين الحليب، وأربع لاصقات رفيعة للغاية للألم المرضعة تشعرك بالآمان والجفاف.
- يرجى أيضاً قراءة إرشادات الاستخدام المقدمة مع تلك الأغراض الإضافية.

## 3.2 تتضمن مضخة الثدي Harmony:

- راجعي الشكل ٦ في الصفحات المطبوبة.
- ١٠-٦ غطاء واق (يمكن التخلص منه بعد الاستعمال)
- ١١-٦ حامل الثدي PersonalFit Flex مقاس ٤٤ مليمتر
- ١٢-٦ حلقة الإرضا
- ١٣-٦ أكياس تخزين حليب الأم (٤ قطع)
- ١٤-٦ لاصقات للألم المرضعة تشعرك بالآمان والجفاف (٤ قطع)
- ١٥-٦ الموصل
- ١٦-٦ المقبض
- ١٧-٦ حاجز
- ١٨-٦ رأس الصمام
- ١٩-٦ غشاء الصمام (قطعتان)

## 4. البدء

لتكوني مستعدة لشفط الحليب لأول مرة، قومي بتفكيك أجزاء مضخة الثدي، ثم غسلها وتطهيرها. راجعي القسم ٥.

# المحتويات

56	معلومات السلامة العامة	.1
53	الغرض من الاستخدام	.2
53	وصف المنتج	.3
53	الأشكال المتنوعة للمنتج	3.1
53	تتضمن مضخة الثدي: Harmony	3.2
53	البدء	.4
52	التنظيف	.5
52	غسل المضخة وتطهيرها	5.1
50	التحضير من أجل الصفة	.6
50	اختيار الحجم الصحيح لحامل الثدي	6.1
50	تركيب الموصل وحامل الثدي	6.2
49	تركيب المقضن	6.3
49	وضع حامل الثدي	6.4
49	تشغيل مضخة الثدي	.7
49	محاكاة نمط رضاعة آطفال (شفط الحليب على مراحلتين)	7.1
48	ضخ حليب الأم	7.2
48	بعد ضخ الحليب:	7.3
47	التعامل مع حليب الأم	.8
47	إرشادات التفريز العامة	8.1
47	التجميد	8.2
46	إذابة التجميد	8.3
46	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	.9
45	الملحقات	10.
45	الضمان	11.
45	التخلص من المنتج	12.
45	معانٍ الرموز	13.
44	اللوائح الدولية	14.
44	معدات الشرب للأطفال	14.1
44	المواصفات الفنية	.15

## تنبيه △

55

- لتجنب المخاطر الصحية والحد من خطر الإصابة:
- هذا المنتج مخصص للاستخدام مرة واحدة فقط، علماً بأن إقدام أكثر من أم على المشاركة في استخدامه قد يشكل خطراً على الصحة.
- الجهاز وملحقاته غير مقاومين للحرارة، لذا، احتفظي بها بعيداً عن الأسطح الساخنة أو ألسنة اللب المكشوفة.
- لا تعرضي الجهاز لأشعة الشمس المباشرة.
- احرصي على إجراء فحص بصري بالعين لكل مكون بمفرده قبل كل استخدام للتأكد من عدم وجود تلف أو تأكل. لا تستخدمي أبداً جهازاً به عيب. تخلصي من الأجزاء فور ظهور أي علامات تلف أو اهتراء.
- لا تصليحي الجهاز بنفسك. لا تقومي بإجراء تعديلات على الجهاز بنفسك.
- استخدمي الجهاز فقط في الغرض المخصص من أجله كما هو موضح في تعليمات الاستخدام هذه.
- لا تقومي بتسخين الحليب في الميكروويف ولا تقومي بخليه. قد يتسبب تسخين الحليب في الميكروويف في حدوث حروق شديدة بضم الطفل تنتع من تشكيل مناطق ساخنة في الحليب خلال تسخينه في الميكروويف (وقد يؤدي التسخين في الميكروويف كذلك إلى تغيير تركيبة الحليب).
- قومي بتنظيف وتطهير جميع الأجزاء التي تلامس ثديك والحليب قبل الاستخدام لأول مرة.
- لا تستخدمي إلا الأجزاء التي توصي بها Medela باستدامها مع الجهاز.
- قد تشعرين بشيء من عدم الارتباط عند استخدام مضخة الثدي لأول مرة، إلا أنها من المفترض إلا تتسبب لك أي آلام. إذا كنت غير متأكدة بشأن تحديد المقاس الصحيح لحامل الثدي، فيرجي زيارة الموقع الإلكتروني [www.medela.com](http://www.medela.com) أو زيارة استشاري الإرضاع أو اختصاصي الرضاعة الطبيعية والذي يمكن أن يساعدك في اختيار المقاس المناسب لك.

## إنذار

- تعامللي مع الزجاجات والمكونات بدرجة مناسبة من العناية.
- تصبح الزجاجات والأجزاء البلاستيكية هشة عند تجميدها وقد تتعرض للكسر عند تعرضها إلى السقوط.
- قد تضرر الزجاجات والأجزاء إذا تم التعامل معها بشكل غير سليم، (كما قد يحدث مثلاً في حال سقوطها، أو الإفراط في إحكام غلقها، أو ارتطامها بشيء).
- لا تستخدمي الحليب من الزجاجات أو المكونات التي تظهر عليها علامات التلف.

# ١. معلومات السلامة الهامة



يُرجى قراءة جميع التعليمات قبل استخدام هذا المنتج.  
يجب الاحتفاظ بهذه التعليمات لتكون مرجعاً لك في المستقبل.

تحدد التحذيرات جميع التعليمات المهمة للسلامة والأمان. عدم مراعاة هذه التعليمات قد يتسبب في حدوث إصابة شخصية أو قد يؤدي إلى تلف المنتج.  
وتوضح الرموز والكلمات الإشارية التالية أهمية التحذيرات:

## ⚠ تحذير

قد يؤدي إلى وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

## ⚠ تنبيه

قد يؤدي إلى وقوع إصابة طفيفة.

## إنذار

قد يؤدي إلى أضرار مادية  
(لا تتعلق بالإصابات الشخصية).

## معلومات

معلومات مهمة أو ضرورية لا ترتبط بالأمان.

## ⚠ تحذير

- لتجنب المخاطر الصحية والحد من خطر الإصابات الشديدة:
  - قد تتسبب عملية الضغط في تفريز المخاض. لذلك لا تستعمل المضخة إلا بعد الولادة.
  - إذا حدث حمل أثناء الرضاعة الطبيعية أو أثناء استخدام مضخة الثدي، فاستشيري أخصائي رعاية صحية مُصرح له قبل متابعة الاستخدام.
  - في حالة الإصابة بالالتهاب الكبدي "بي"، أو الالتهاب الكبدي "سي" أو بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، فلن يقلل استخدام مضخة الثدي من خطر نقل الفيروس لطفلك عبر الحليب أو يزيل عنصر الخطورة.
  - اغسلي جميع الأجزاء التي لامست ثديك أو الحليب بعد كل استخدام.
- الأطفال في سن الحيو عرضة لابتلاع الأجزاء الصغيرة، لذا، يلزم وجود إشراف دقيق عند استخدام مضخة الثدي أو ملحقاتها بالقرب من الأطفال.



## הסמלים המופיעים על חלקו המוצר והארידה שלו.

מצין את תאריך הייצור.		מזהה את היצן.	
מצין את מספר המנה/aczona.		מציע את המק"ט של המכשיה.	
הארידה מכילה מוצרים המיועדים EC למגע עם מזון בהתאם לתקינה 1935/2004.		קראי ופעיל בהתאם להוראות השימוש.	
מצין כי החומר מהוות חלק מתהיליך השחזר/מיוזהו.		יש להרחיק מגשם. יש לשמר בתנאי יובש.	
מצין שהארידה עשויה מקרטון.		יש להרחיק מאור שימוש.	
		מכיל מוצר שבר. יש לטפל בדזהירות.	

## 14. תקנות בינלאומיות

### 14.1 ציוד שתיה לילדים

הפטמה והבקבוק המיועדים להזנה של תינוקות עומדים בתקן האירופי 14350 EN.

## 15. מפרטים טכניים

### חומרים שנוגעים בעור או באים בקשר עם חלב

- מגן שד: פוליפרופילן, אלסטומר תרמופולסטי
- מחבר, ראש שסתום: פוליפרופילן
- דיאפרגמה, ממברנת שסתום: גומי סיליקון
- בקבוק: פוליפרופילן
- מכסה: פוליפרופילן

כל החלקים שבאים בקשר עם חלב האם אינם מיוצרים מ-BPA (ביספנול A).

## 10. אביזרים

המוצרים הבאים נמכרים באופן נפרד:

- מגן שד PersonalFit Flex ב מידות S (21 מ"מ), M (24 מ"מ), L (27 מ"מ), XL (30 מ"מ)
- בקבוק לחלב אם 150 מ"ל, 250 מ"ל
- שקיות לאחסון חלב אם

בהתאם לאזורי, עיני באתר האינטרנט/בחניות המקומיות לבירור זמינויות.

## 11. אחריות

עיניכי ב"אחריות בינלאומי" לבירור מוצר Medela הדמים תחת [www.medela.com](http://www.medela.com) CD' לגילות אם ובאיזה מידת האחריות חלה על מוצר זה.

## 12. השלכט הציד

בסוף חי הפעלה, הפרידי את חלקו משאבת החלב והשליכו אותו בהתאם לתקנות המקומיות.

**מגנישד, מחבר ואביזרים**

החלקים עשויים פלסטיק שאינם מדיק לשביבה כאשר משליכים אותם כמו פסולת ביתית. מחדרי או שלידי כ' בהתאם לתקנות המקומיות.

## 13. משמעות הסמלים

**סמלים המשמשים בהוראות אלה**

קראוי ופעיל בהתאם להווארות השימוש.



סמל התראות בטיחות כללית, מצביע על מידע הקשור בטטיות.



## 8.3 הפשרה

### זהירות

אין להפסיק או ללחם חלב אם במיקודל או בסיר מים רותחים. זה עוזר לשמר על מרכיבים חשובים ומונע כוויות.

- לשמירה על מרכיבי חלב האם, הפשירי את החלב במקור במהלך הלילה.
- לחולפין, החזקי את הבקבוק או השקיית למים חמים ( $37^{\circ}\text{C}$  לכל היוטר).

### הודעה

נاري בעידנות את הבקבוק או השקיית כדי לערבות שומן שהופרד מהחלב. אין לנער או לטלטל את החלב.

## 9. פתרון בעיות

אם נתקלת בפעולה לא צפואה של משابت החלב שלך, עיני בטבלת פתרון הבעיה כדי למצוא את הבעיה בעמודה "בעיה" ומלאי אחר ההוראות בעמודה "פתרון".

### טבלת פתרון הבעיה

בעיה	פתרון
אין יניקה או שהinicika חלהש	בדקqi את טבعة-O בקנה כדי לוודא שהיא קיימת ושמבכה תקין. אם היא חסורה או פגומה, פני לשירות הלקוחות של Medela. ודאי שmagן השיד יוצר איטום מושלם סביב השד. ודאי שהחומרה מונחת לגמרי על ראש השסתום. ודאי שרראש השסתום ממוקם בצד על המחבר. ודאי שהרכיבים של הדיזית מורכבים בצוואר בכוונה. בדקqi את כל החיבורוים. אם היניקה אינה משתפרת לאחר מילוי ההוראות הללו, פני לשירות הלקוחות של Medela.
אין זרימת חלב	ודאי שמשבת החלב שלך מורכבת כהכלצה וכי מתבצעת יניקה. הירגען וצאי למנוחה של 10-15 דקות אם אין מצליחה לשאוב אחריו SCI מוחדרי שאיבה עוקבים. אם עדין אין מצליחה לשאוב, פני אל ייעצת או מומחית הנקה.
אם לא פתרת את הבעיה במשבת החלב או אם יש לך שאלות נוספות, פני לשירות הלקוחות של Medela. לפרטים לייצרת קשר, בקרי בכתובת <a href="http://www.medela.com">www.medela.com</a> . תחת "צרו קשר" בחרי את המדינה.	

## 8. הטיפול בחלב האם

### 8.1 הנחיות אחסון כלליות

הנחיות אחסון לחלב אם טרי שנשאב (لتינוקות בוראים שנולדו בדמון)

חולב אם מופשור במקרר	מקפיא -18°C – 0°C או טמפרטורה קרה יותר	מקרר 4°C (39°F) או טמפרטורה קרה יותר	טמפרטורת החדר עד 25°C (77°F) עד 60°C (60°F)
בטמפרטורת החדר: ומומלץ עד 2 שעות	מומלץ עד 6 חודשים	מומלץ עד 3 ימים	מומלץ עד 4 שעות
מקרר: ומומלץ עד 24 שעות	* עד 9 חודשים לחלב שנשאב בתנאים נקיים מאוד	* עד 5 ימים לחלב שנשאב בתנאים נקיים מאוד	* עד 6 שעות לחלב שנשאב בתנאים נקיים מאוד
<b>אין להקפיא מחדש!</b>			

- \* הנחיות שאיבת חלב בתנאים נקיים לפחות פנוי השאייה, אמהות צרכות לשטוף את הידיים שלחן במים וסבון או בחומר חיטוי על בסיס אלכוהול. חלקו המשאייה, הבקבוקים ומקום השאייה צריכים להיות נקיים. אין צורך בשיטיפת השדים והפטומות לפני השאייה.
- הנחיות אחסון והפרשה אלה של חלב אם הן בגדר המלצתה. פני אל אחות טיפול חלב או מומוחית הנקה קיבלת מידע נוספת.
- אחסני את חלב האם במקום הקרו ביותר של המקור (בחלק האחורי של מדף הדזוכיות מעל לתא הירקוט).

### 8.2 הקפאה

#### הודעה

- מחזורי הקפאה/הפרשה חוזרים פוגעים במבנה החלב. לכן, הקפיאי לעולם לא להקפיא מחדש חלב אם.
- הקפיאי חלב אם שנשאב בבקבוק פלסטיק או בשקיות לאחסון חלב. אין למלא בקבוקים או שקיות מעבר לנפח מרבי של 3/4, כדי לפנות חלל להתרפשות אפשרית.
- סמנֵי את הבקבוקים או השקיות בתאריך ובנפח השאייה.
- בקבוקים וחלקים מפלסטיק נעשים שבירים כאשר מקפיאים אותם והם עלולים להישבר במקרה של נפילה.
- אין להשתמש בחלב האם במקרה של נזק גראה לעין בבקבוקים או ברכיביהם.

## 7.2 שאיבת חלב האם

### ⚠ דהיירות

- אין לאחד במשאבה באמצעות הבקבוק.
- הדבר עלול לגרום לסתימה ולהחסמה של צינוריות החלב.
- יש למלא את הבקבוק עד לסימון ה-150 מ"ל בלבד.
- פנוי אל איש צוות רפואי או מומחית הנקה אם את מצלילה לשאו ו רק מעת חלב או בכלל לא, או אם השאייה מckaיבה.

עיני באירור 5 בעמודים המקבילים.

1. 5-01 התחליל בשאייה במצב גירוי: באמצעות האГОול, לחצי מטה את החלק הקטן יותר של הדித. זהו החלק שעלי נמצאות טיפות החלב. לחץ ושהורי במהירות, שוב ושוב, עד שהחלב יתחליל לדロנים.
2. 5-02 לאחר שהחלב מתחילה לדロנים, עברי למצב שאיבת: באמצעות האצבעות, לחצי מטה את החלק התחתון, הארוך יותר של הדித.  
כך את יוזמת אוקום, שמאפר את דריית החלב. ניתן לשולט במידת הוואקום באמצעות המהירות שבאה את מכונעה את הדித והדיחסה שהיא יוצרת.  
החוליטי בעצמך מהו קצב השאייה הטוב ביותר ביוורע עבורן.
3. הפסיקי לשאו כאשר את מוגישה שהחלב אכן זורם עוד או כאשר הבקבוק מלא.

## 7.3 לאחר השאייה

הכני את החלב לאחסון באופן הבא:

1. נתקי את הבקבוק מהמחבר בהברגה.
2. השתמשי במעמד לבקבוק כדי למנוע ממנו להתהפל.
3. סגרי את הבקבוק באמצעות מכסה.

## 6.3 הרכבת הידית

- ע"י באирו 3 ■ בעמודים המוקופלים.
1. 3-01 ■ הרכיס את הקנה (עם טבעת O) לתוך החור בצד העליון של הדיאפרגמה.
  2. 3-02 ■ וואי שבסיס הקנה האליפטי מיישר כלפי עמו הדיאפרגמה.
  3. 3-03 ■ הרכיס את הדיאפרגמה לידית המשאבה. שמי לב לכוון (המגרעת בדיפרגמה נעה על הלשונית שבידית) ולחיצי מטה בחזקה מסביב לקצה כלו כדי להבטיח אטימה מוחלטת.
  4. 3-04 ■ הרכיס את הקנה של מגננון הידית לתוך הפתח בקצתה העליון של המחבר. דחפי עד שהקנה נעלם במקומו.

## 6.4 הנחת מגן השד

- ע"י באирו 4 ■ בעמודים המוקופלים.
1. ייתן לסובב את מגני השד האליפטיים (360°) ולהנחי אותם במיקום הרצוי והנווח ביותר עבורו.
  2. 4-01 ■ הצמיד את מגן השד על השד באמצאות האగודל והאצבע המורה. תמכி בשד באמצאות כף היד.
  3. 4-02 ■ הצמיד את מגן השד לשד באמצאות האגודל והאצבע המורה. תמכić בשד באמצאות כף היד.
  4. התחליל לשאוב כמותAIR בסעיף 7.2.

## 7. הפעלת משאבת החלב

### 7.1 חיקוי הקצב של התינוק (שאייבה דו-שלבית)

תינוקות משתמשים בפעולות יינקה "בשתי מהירות". בהתחלה, הם יונקים במהירות ולאחר מכן הם עוברים לקלצ' יינקה איטי ומוסוק יותר ברגע שהחלב מוחלץ לזרום. פעולות הינקה המהירה יותר מגרה את רפלקס שחרורו החלב ומתחילה את דרימת החלב; פעולה הינקה האיטית יותר מדירימה את החלב החוצה לשלב ההנקה.

שאייבה דו-שלבית היא פעולה שאיבת "בשתי מהירות" שמחקה את קצב הינקה הטבעי של התינוק. עיצוב הדית של המשאבה מאפשר לך להתחיל בפעולות יינקה מהירה המכונה **שלב הגורי**. לשם כך, עליך להפעיל במהירות את החלק הקצר של הדית בעדרת האגודל. כשאת רואה חלב זורם או מרגישה את שחרורו החלב, את יכולה לעבורו **שלב השאייבה** על-ידי הפעלת הצד الآخر יותר של הדית בעדרת האצבעות, בזרחה איטית ומלאה יותר.

## 6. הכנה לשאייבת

יש להשתמש אקר וرك בחלקים שנוקו ויובשו לצורך הרכבה. עיין בפרק 5 לניקוי.

### זהירות

כדי למנוע זיהום של החלב:

- רחץ את הידיים ביסודות מפני סבון לפני נגיעה בשד ובחלקי המשאייבה.
- בשי את ידך באמצעות מגבת נקייה או מגבת נייר חד-פעמית.
- אין לגעת בצדדים הפנימיים של הבקבוקים והמכסים.

כדי לוודא שהמכשר פועל כהכלצה ובצורה בטוחה:

- בדק את רכיבי המשאייבה לאיתור בלאי או בדק לפכי השימוש. החלפי במקורה הצורך.
- לפפי השימוש, הקפידי לבדוק שכל החלקים נקיים. אם הם מוליכים, נקי בהתאם לפרק 5.

### הודעה

טבעת O טבעת ה-O מבטיחה אטימה בין הידית למחברה.

קנה האיטום הכרחי לצורך יצירת הוואקום.  
ודאי שתבעת ה-O הלבנה קיימת בחירץ של הקנה.



אם היא חסורה או פגומה, פני לשירות הליקוחות של Medela.

## 6.1 בחירת המידה הנכונה של מגן השד

עיין באיוור 7 בעמודים המוקופלים.

1. למידה הנכונה, מודיע את קווטר הפטמה (01-7-□).
2. בחרי מגן שד מעט גודל יותר מהפטמה שלך (7-02-□).

לקבלת מידע נוסף על גודל מגן השד, בקררי באתר [www.medela.com](http://www.medela.com).

## 6.2 הרכבת המחבר ומגן השד

עיין באיוור 2 בעמודים המוקופלים.

1. 2-01 □ דחפי بعيدנות את מגן השד לפתח העליון של המחבר.
2. ← בחרי מידת מגן שד המתאימה לצוריך.

2. 2-02 □ מקמי את מمبرנה השסתום בצורה אופקית על ראש השסתום. לחץ בזריזות את הבליטה בגב המمبرנה לתוך החור הקטן ביותר של הראש עד שהוא נתקפסת.

← המمبرנה חייבת להיות צמודה לראש.

3. 2-03 □ לחץ את ראש השסתום על השרוול הפנימי של המחבר.
- ← ראש השסתום צריך להיות ממוקם בצד, כמפורט בתמונה.

4. 2-04 □ חברי את הבקבוק למחבר בהברגה.

**לפרי שימוש ראשוני, יש להסיר ולהשליך** את הכיסוי המגן (01-6-□) מגן השד. שטפי וחטא את החלקי המשאבה והבקבוקים על-פי שלבים 1 עד 4 להלן.

שטפי את חלקי המשאבה והבקבוקים **לאחר כל שימוש** וחטא את החלקים **פעם ביום** לאחר שטיפה.

## 1. פירוק

עיבוי צגייר 1 □ בעמוד המקבול.

- .ג. פרקי את המשאבה לחלקיה הנפרדים (מגן שד, מחבר, יידית, ראש שסתום ובקבוק חלב).
- .ה. הסיר את הדיאפרגמה מהידית ומשי הוחזה את הקנה.
- .ו. הסיר את מפרקנת השסתום מראש השסתום.
- .ז. הפריד בין בקבוק החלב, המכסה והעמדת בקבוק.

## 2. שטיפה

### שטיפה במדיח כלים



הכיית את החלקים הנפרדים במדיח העליון או במדיח הסקו"ם. השתמשי בטבליות לשטיפה במדיח הנמכר רות ברשות השיווק.

א.ז

### שטיפה ידי



- .א. שטפי את החלקים הנפרדים במים קררים (כ-20 °C).
- .ב. נקי חקלים אלה בהרבה מי סבון פורחים (כ-30 °C). השתמשי בandal לשטיפה הנמכר ברשות השיווק.
- .ג. שטפי את החלקים במים קררים למשך 10 עד 15 דקות (כ-20 °C).

### חיטוי במיקログל



(למעט הידית)

השתמשי בשקיות \* Quick Clean במיקログל, בהתאם להוראות על השקיות.

א.ז

### חיטוי בכיריים



כסי במים את החלקים הנפרדים ששתפה והרתיחי למשך 5 דקות לפחות.

\* עייני באתר האינטרנט/בחניות המקומיות לבירור הדמינות במדינה שלך.

## 4. ייבוש

הנחיית ליבוש על גבי מגבת מטבח נקייה ובلتוי משומשת או מגבת נייר. אחסни את החלקים שייבשת בסביבה נקייה. אין לאחסן חקלים לחם בכל/שquit אוטומם. חשוב ליבש את כל שאירות הרטיבות.

## 5. ניקוי

### 5.1 שטיפה וחיטוי של המשאבה

חיטוי ושטיפה הן שתי פעולות שונות. יש לבצע כל פעולה בנפרד כדי להגן עליך ועל תינוק, וכי הנטביח ביצועם תקינים של המ鏟.

**שטיפה** - כדי לנתק את משטחי החלקים על-ידי הסירה של לכלוּן באופן פיזי.  
**חיטוי** - כדי להסיר מפיקרו-ארגוניים כגון פטריות, חידושים או נגיפים אשר עלולים להימצא על משטחי החלקים.

#### ⚠ דוחירות

- הפרדי ושטפי את כל החלקים החשופים לחלב האם מיד לאחר השימוש. פעולות אלה יסירו את שרירות חלב האם וימנעו התפתחות של חיידקים.
- שטפי ידיים במים ובסבון בזרה יסודית.
- לניקוי השטמי ארך ורך בכמיה מברח או מבקוקים.
- אין להניח את חלקי המשאבה ישירות בכירור נקי לשטיפה אשר ישמש אך ורק את פרטי ההנקה של התינוק.
- אין להשתמש במגבת מטבח כדי לנגב או ליבש את הפריטים.
- אין להשתמש בחומר חיטוי לנקי.

#### הודעה

- שים לב לדברים הבאים:
- הקפדי לא לפגום בחALKIM של המשאבה במהלך הניקוי. אין להשתמש בעצם חד (למשל, קיסם שיביים) לצורך הניקוי.
  - משaabat החלב Harmony כוללת חלקים קטנים מאוד (כגון טבעת O או ממברנת השסתום). בשעת מרכיבה מחדש את המשאבה לאחר הניקוי, ודאי שארך מהחלקים אינם חסר.
  - אחסני את חלקי המשאבה שיישבשת בשקית/מלון נקיים עד לשימוש הבא.
  - אם הבחנת בשאריות לבנות על החלקים לאחר הרתיחה, יתכן שהם מכילים תוכן מינרלי גבוה.
  - הסרי את השאריות על-ידי ניגוב החלקים במגבת נקייה וייבושם באוויר הצח.
  - ומומלץ להשתמש במים מזוקקים בזמן הרתחת החלקים כדי למנוע הצבירות משמעותית של מינרלים לאורך זמן, שעוללה לגרום נזק לחלקים.

#### 💡 מידע

אם את משתמשת במידת הכללים, החלקים עלולים לשכבות צבע. עובדה זו לא תשפיע על תפקודם של החלקים.  
מה לעשות כאשר: עיני בהוראות המפורטות בעמוד הבא.

## 2. שימוש מיזעך

משابت החלב מודגム Harmony היא משابت חלב ידנית המיועדת לנשים מניקות על מנת לשאוב ולאסוף חלב מהshed. משابت החלב מודגם Harmony מיועדת לשימוש אדם בודד.

## 3. תיאור המוצר

משابت החלב מודגם Harmony היא משابت חלב ידנית לשימוש אישי עם מגן שד PersonalFit Flex וידית PersonalFit Essentials.

רכיבים אלה מאפשרים לך לעبور מתרונות קצורות בㄣוף גליה זרימת החלב לתנועות ארוכות ועומקוות כדי לשאוב חלב בימידה מרבית - כפי שתינוק עושה זאת.

- משابت החלב מודגם Harmony פשוט להפעלה ולתיקו.
- פונקציית לחץ לשאוב חלב בזרחה שקטה וודיסקרטית.
- כוללת מגן שד PersonalFit Flex בגודל 24 מ"מ כדי להעניק לך נוחות רבה יותר ונפח חלב מוגבר.

## 3.1 דגמי המוצר

ישנם שני דגמים שונים של משابت החלב מודגם Harmony:

- משابت חלב מודגם Harmony: כוללת את המשאהבה בלבד.
  - חבילת Harmony Essentials Pack: כוללת את המשאהבה, פטמת סיליקון שמתאימה לבקבוק של Safe & Dry Harmony, ארבע שקיות אחסון ואربع רפидות הנקה במיוחד של Safe & Dry.
- נא לקרו את הוראות השימוש המצורפות לפריטים נוספים אלה.

## 3.2 משابت החלב מודגם Harmony כולל

ע"י באירור 6 סט בעמודים המופיעים.

6-01	כיסוי מגן ( לשימוש חד-פעמי )
6-02	מגן שד PersonalFit Flex בגודל 24 מ"מ
6-03	מחבר
6-04	ידית
6-05	קנה עם טבעת O
6-06	דייארגרמה
6-07	ראש שסתום
6-08	מمبرנת שסתום ( 2 יחידות )

הפריטים הבאים כוללים בחבילת Harmony בלבד:  
Essentials Pack

6-09 בקבוק  
6-10 מסכה  
6-11 מעמד לבקבוק  
6-12 פטמת הנקה  
6-13 שקיית לאחסון חלב ( 4 יחידות )  
6-14 רפידת הנקה ( 4 יחידות )  
Safe & Dry

## 4. תחילת השימוש

כדי להתכוון לשאיית חלב בפעם הראשונה, יש להפריד בין החלקים של משابت החלב ולאחר מכן לשטוף ולחתוך אותם – ראו סעיף 5.1.

## תוכן

70	1. מידע בטיחות חשוב
67	2. שימוש מיועד
67	3. <b>תיאור המוצר</b>
67	3.1 זגמי המוצר
67	3.2 משאבת החלב מודגם Harmony כוללת
67	4. <b>תחילת השאיבה</b>
66	5. <b>ניקוי</b>
66	5.1 שטיפה וחיטוי של המשאבה
64	6. <b>הכנה לשאיבה</b>
64	6.1 בחירת המידה הנכונה של מגן השד
64	6.2 הרכבת המחבר ומגן השד
63	6.3 הרכבת היזית
63	6.4 הנחת מגן השד
63	7. <b>הפעלת משאבת החלב</b>
63	7.1 חיקוי הקצב של התינוק (שאיבה דו-שלבית)
62	7.2 שאיבת חלב האם
62	7.3 לאחר השאיבה
61	8. <b>הטיפול בחלב האם</b>
61	8.1 הנחיות אחסון כלויות
61	8.2 הקפאה
60	8.3 הפשרה
60	9. <b>פתרון בעיות</b>
59	10. <b>אבדירים</b>
59	11. <b>אחריות</b>
59	12. <b>השלכת הציוד</b>
59	13. <b>משמעות הסמלים</b>
58	14. <b>תקנות בינלאומיות בinalgומיות</b>
58	14.1 ציוד שתיהה לילדיים
58	15. <b>מפורטים טכניים</b>

## זהירות

- למניעת סכנה לבירותות ולהפחחת הסכנה לפצעיה:
- המכשיר מיועד לשימוש אדם בודד. שימוש עלי-ידי מספר אנשים עלול להוות סיכון רפואי.
  - המכשיר והאבידרים שלו אינם עמידים לחום. יש להרחיק מmachines מחוממים או מלהבה גלוייה.
  - אין להשוו את המכשיר לאור שמשם ישר.
  - לפחות כל שימוש יש לבדוק באופן ויזואלי שלא נגרם נזק לרכיבים הנפרדים או שאיבם בלויים. אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום. השילבי חלקיים למראה סימן ראשון של נזק או היחלשות.
  - אין לתקן את המכשיר בעצמך. אין לשנות את המכשיר.
  - השתמשי במכשיר אך ורק למטרה שלאزا נועדו, כמפורט בהוראות השימוש.
  - אין להרתו חלב אם או לחם אותו במיקרוגל. חימום במיקרוגל עלול לגרום כוויות חמורות לפיו של התינוק כתוצאה מנקודות חמות שנוצרות בחלב במהלך החימום במיקרוגל (כמו כן, חימום במיקרוגל עשוי לשנות את הרכב חלב האם).
  - יש לנוקוט ולחטאת את החלקים שבאים בмагע עם השד ועם חלב האם לפני השימוש הראשון.
  - השתמשי אך ורק בחלקים המומליצים מודגם Medela לשימושם עם המכשיר.
  - על אף שימוש ראשון בשאבתת חלב עשוי לגרום לא-בוחות, הוא אין אמור לכאוב. אם איןך בטוחה לגבי המידה הנכונה של מגן השד, בקרו באתר [www.medela.com](http://www.medela.com) או פנו אל ייעצת/מומחית הנתקה שתעזרך לך לבחור במידה המתאימה.

## הודעה

- יש לנוקוט בזהירות הנוכחזה בעת הטיפול בבקבוקים וברכיבים:
- בקבוקים וחחלקים מפלסטיק נעשים שבירים כאשר מקפיאים אותם והם עלולים לעולמים להישבר במקרה של נפילה.
- בקבוקים וחחלקים עלולים להיכזק במקרה של טיפול לא נכון (כגון, נפילה, הידוק יתר או חבטה).
- אין להשתמש בחלב האם במקרה של נזק נראה לעין בבקבוקים או ברכיבים.

## 1. מידע בטיחות חשוב

נא לזכור את כל ההוראות לפני השימוש ב מוצר.  
יש לשמר את ההוראות לצורך עיון עתידי.

הזהירות מצוינה את כל ההוראות החשובות מבחן בטיחות. אי-מצוינת ההוראות אלה עלול להוביל לפציעת גוף או נזק למוצר.  
הסמלים ומילויו התראה הבאים מציגים את חשיבות האזהרות:

עלול לגרום לפציעה חמורה או מוות.

### אזהרה !

עלול לגרום לפציעה קלה.

### זהירות !

עלול לגרום נזק לחומר  
(לא קשור לפציעת גוף).

### הודעה

מידע חשוב או מועיל שאינו קשור לבטיחות.

### ! מידע

### אזהרה !

- למניעת סכנה לביריאות ולהפחית הסכנה לפציעה חמורה;
- שאיבה יכולה לדזר לידי. אין לשאוב עד לידה. אם נכנסת להידין במהלך ההנקה או שאיבת החלב, התייעצי עם איש צוות רפואי מוסכם לפני שימושיכי בכך.
- אם את נגעה בהפטיטיס בי, הפטיטיס סי או בא'ידס, שאיבת חלב אם לא תפחית ולא תבטל את הסכנה להדבקת תינוקך בחיזיק דרך חלב האם.
- שטפי את כל החלקים שבו מגע עם השד ועם חלב האם לאחר כל שימוש.
- פצעות עלולים לבלו עורקים קטנים. הקפיד על השגחה צמודה בזמן הפעלת משאבת החלב או האביזרים בקרבת ידיים.





### Medela AG

Lättichstrasse 4b  
6340 Baar, Switzerland  
[www.medela.com](http://www.medela.com)

### International Sales

Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6340 Baar  
Switzerland  
Phone +41 41 562 51 51  
[www.medela.com](http://www.medela.com)

### Australia

Medela Australia Pty Ltd,  
Medical Technology  
3 Arco Lane,  
Heatherton, Vic 3202  
Australia  
Phone +61 3 9552 8600  
Fax +61 3 9552 8699  
[contact@medela.com.au](mailto:contact@medela.com.au)  
[www.medela.com.au](http://www.medela.com.au)

### India

Medela India Private Limited  
602-603 | 6th Floor,  
JMD Megapolis | Sohna Road,  
Sector – 48 | Gurgaon 122 001  
Phone No: +91 124 48320690  
Helpline: 1800-102-3645  
[medelaindiacare@medela.in](mailto:medelaindiacare@medela.in)  
[www.medela.in](http://www.medela.in)

### Spain & Portugal

Productos Medicinales Medela, S.L.  
C/ Llacuna, 22 4º Planta  
08005, Barcelona

#### Spain

Phone +34 93 320 59 69  
Fax +34 93 320 55 31  
[info@medela.es](mailto:info@medela.es)  
[www.medela.es](http://www.medela.es)

#### Portugal

Phone 808 203 238  
[info@medela.pt](mailto:info@medela.pt)  
[www.medela.pt](http://www.medela.pt)

### United Kingdom

Medela UK Ltd.  
Huntsman Drive  
Northbank Industrial Park  
Irlam, Manchester M44 5EG  
United Kingdom  
Phone +44 161 776 0400  
Fax +44 161 776 0444  
[info@medela.co.uk](mailto:info@medela.co.uk)  
[www.medela.co.uk](http://www.medela.co.uk)